

รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๕๖๐๖	๒๙๒	๕.๖.๖ สายต่อท่อใส่เข้าท้องแบบถาวรกับถุงน้ำยาแบบธรรมดา (Transferred Set) ลักษณะ เป็นสายต่อหรือข้อต่อที่ทำด้วยพลาสติกหรือซิลิโคนที่มีความยาวทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ปลายสายข้างหนึ่งมี connector สำหรับต่อกับถุงน้ำยาเพื่อการล้างไต ซึ่งมีตัวบิด (Twist Clamp) สำหรับเปิด ปิดสาย ส่วนปลายสายต่ออีกข้างหนึ่ง สามารถต่อกับสายของท่อล้างไต (Peritoneal Dialysis Catheter) ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือดโดยวิธี CAPD	ชุดละ	๑,๐๐๐
๕๖๐๗	๒๙๓	๕.๖.๗ สายต่อท่อใส่เข้าท้องแบบถาวรกับถุงน้ำยาแบบตัว Y ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือดโดยวิธี CAPD	ชุดละ	๖๐๐
๕๖๐๘	๒๙๔	๕.๖.๘ แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้องชนิดธรรมดา ความยาวไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร	อันละ	๓,๕๐๐
๕๖๐๙	๒๙๕	๕.๖.๙ แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้องชนิดธรรมดา ความยาว ๑๖ - ๒๐ เซนติเมตร	อันละ	๕,๐๐๐
๕๖๑๐	๒๙๖	๕.๖.๑๐ แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้องชนิดธรรมดา ความยาว ๒๑ เซนติเมตรขึ้นไป ลักษณะ รายการ ๕.๖.๘ - ๕.๖.๑๐ เป็นแผ่นใยสังเคราะห์ ให้เย็บปิด และเสริมความแข็งแรง ของช่องใส่เส้นสวนเนื้อเยื่อที่ขาดหายไปที่ผนังหน้าท้อง ลำตัว และกะบังลม แผ่นนี้จะติดอยู่ในร่างกายตลอดชีวิต โดยจะกลมกลืนกับเนื้อเยื่อในร่างกาย ข้อบ่งชี้ รายการ ๕.๖.๘ - ๕.๖.๑๐ สำหรับกรณี ๑. ใส่เส้นสวนทุกตำแหน่งที่มีแผลอยู่นอกเยื่อช่องท้อง รวมถึงใส่เส้นสวนบริเวณกะบังลม และใช้ในการซ่อมผนัง ทรวงอก ๒. ภาวะกะบังลมหย่อนยานทางหน้า หรือโรคการหย่อนตัวของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน (Pelvic Organ Prolapse) ดังนี้ ๒.๑ การหย่อนตัวของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ได้แก่ ภาวะเพสสาวะหย่อน (Cystocele) ใส่ตรงหย่อน (Rectocele) มดลูกหย่อน (Uterine Prolapse) ๒.๒ เยื่อช่องผนังช่องคลอดหย่อน (Vaginal Vault Prolapse) ในกรณีที่ตกมดลูกไปแล้ว	อันละ	๘,๐๐๐
๕๖๑๑	๒๙๗	๕.๖.๑๑ แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้องชนิดเมมเบรน ความยาวไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร	อันละ	๓๕,๐๐๐
๕๖๑๒	๒๙๘	๕.๖.๑๒ แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้องชนิดเมมเบรน ความยาว ๑๖ - ๒๐ เซนติเมตร	อันละ	๒๕,๐๐๐
๕๖๑๓	๒๙๙	๕.๖.๑๓ แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้องชนิดเมมเบรน ความยาว ๒๑ เซนติเมตรขึ้นไป ลักษณะ รายการ ๕.๖.๑๑ - ๕.๖.๑๓ เป็นแผ่นใยสังเคราะห์ที่มีด้านในมีสารสังเคราะห์พิเศษป้องกันไม่ให้ลำไส้ มาติดกับผนังหน้าท้อง แผ่นนี้จะติดอยู่ในร่างกายตลอดชีวิต โดยจะกลมกลืนกับเนื้อเยื่อในร่างกาย ข้อบ่งชี้ รายการ ๕.๖.๑๑ - ๕.๖.๑๓ สำหรับกรณีใส่เส้นสวนทุกตำแหน่งที่มีแผลอยู่ในเยื่อช่องท้อง ที่ไม่สามารถเย็บปิดผนังหน้าท้องได้ ยกเว้นใส่เส้นสวนบริเวณกะบังลม ได้แก่ ๑. ในผู้ป่วยที่ต้องเสริมด้านในของผนังหน้าท้องที่มีใส่เส้นสวนหน้าท้องขนาดใหญ่ หรือ ๒. มีการสูญเสียของผนังหน้าท้อง หรือ ๓. ผู้ป่วยที่มีลำไส้บริเวณมากจนไม่สามารถปิดช่องท้องได้ คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๓. คล้ายแพทย์ทั่วไปที่ได้รับการรับรองจากรายการวิทยาสถิติแพทย์แห่งประเทศไทยว่าสามารถทำหัตถการที่ใช้ อุปกรณ์นี้ได้ ๒. คล้ายแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก	อันละ	๓๕,๐๐๐
๕๗๐๑	๓๐๐	๕.๗.๑ อุปกรณ์ของเสียจากลำไส้ชนิด ๑ ชิ้น (One piece appliance) ลักษณะ อุปกรณ์รับอุจจาระชนิดชิ้นเดียวมีแผ่นปิดผิวหนึ่งที่มีสารป้องกันผิวหนัง ข้อบ่งชี้ ผู้ป่วยที่มีผ่าตัดของเปิดลำไส้ที่หน้าท้องเพื่อระบายอุจจาระ เก็บกักแก๊ส ใช้กับผิวหนังรอบลำไส้ที่มี ลักษณะเรียบช่วยให้ผิวหนังรอบลำไส้แห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่น	ชิ้นละ	๗๐
๕๗๐๒	๓๐๑	๕.๗.๒ อุปกรณ์ของเสียจากลำไส้ชนิด ๒ ชิ้น (Two piece appliance) ลักษณะ อุปกรณ์รับอุจจาระชนิดใช้ร่วมกับแป้นปิดหน้าท้องรอบลำไส้ อายุการใช้งาน มากกว่า ๒ สัปดาห์ สามารถซักล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ข้อบ่งชี้ ใช้รองรับอุจจาระทางหน้าท้อง เก็บกักแก๊ส ใช้ร่วมกับแป้นปิดหน้าท้อง ช่วยให้ผิวหนังรอบลำไส้ แห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่น	ชิ้นละ	๗๐
๕๗๐๓		๕.๗.๓ แป้นปิดรอบลำไส้ (Colostomy Flange)		
๕๗๐๓A	๓๐๒	แป้นปิดรอบลำไส้ (Colostomy Flange) แบบเรียบ ลักษณะ เป็นแป้นหรือแผ่นรองที่ติดกับผิวหนัง มีลักษณะแบบเรียบ ทำหน้าที่ป้องกันผิวหนังระคายเคือง จากอุจจาระ และอีกด้านหนึ่งใช้สำหรับปิดอุปกรณ์รับอุจจาระ ข้อบ่งชี้ ผู้ป่วยที่มีช่องเปิดลำไส้ที่หน้าท้องเพื่อระบายอุจจาระ ใช้กับผิวหนังรอบลำไส้ที่มีลักษณะเรียบ ช่วยให้ ผิวหนังรอบลำไส้แห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่น	ชิ้นละ	๓๔๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๕๗๐๑๖	๓๐๓	แป้นปิดรอบลำไส้ (Colostomy Flange) แบบนูน (Convexity) ลักษณะ เป็นแป้นหรือแผ่นรองที่ติดกับผิวหนัง มีลักษณะแบบนูน ทำหน้าที่ป้องกันผิวหนังระคายเคืองจากอุจจาระ และอีกด้านหนึ่งใช้สำหรับปิดถุงรองรับอุจจาระ ข้อบ่งชี้ ใช้กับผู้ป่วยที่มีผิวหนังมีร่องหรือรอยพับ ไม่เรียบเสมอกับลำไส้ ไม่เสมอกับผิวหนังหน้าท้องของผู้ป่วย จากลำไส้ถูกดึงรั้งเข้าไปในช่องท้อง หรือผิวหนังหน้าท้องขยายใหญ่ ช่วยให้ผิวหนังรอบลำไส้ที่มีระดับเดียวกับหรือต่ำกว่าผิวหนังหน้าท้องแห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่น	ชิ้นละ	๑๘๕
๕๗๐๑๘		๕.๗.๔ อุปกรณ์เสริมใช้ร่วมกับผู้ป่วยที่มีลำไส้เปิดที่หน้าท้อง		
๕๗๐๑๘A	๓๐๔	ผงแป้ง (Stoma Powder) ลักษณะ ผงแป้งดูดซับความชื้นและละลายให้เป็นลักษณะเจลเคลือบปกป้องผิวหนัง ข้อบ่งชี้ ใช้โรย/ทาบาง ๆ บนผิวหนังรอบลำไส้ที่เป็นแผล ช่วยการหายของแผลได้เร็วขึ้น	ขวดละ	๕๐๐
๕๗๐๑๘B	๓๐๕	กาว (Stoma Paste) ลักษณะ ครีมนูนที่มีลักษณะคล้ายกาวหรือแป้งเปียกดูดซับความชื้น ปกป้องผิว ส่งเสริมการหายของแผล ข้อบ่งชี้ ใช้ทาหรือป้ายบนผิวหนังที่มีแผล เพื่อส่งเสริมการหายของแผลใช้กับผู้ป่วยที่มีลำไส้เปิดที่หน้าท้อง ไม่ให้สัมผัสกับอุจจาระ/สิ่งขับหลัง ใช้เดิมหรือเสริมผิวหนังที่มีรอยพับ มีช่องของผิวหนังหรือลำไส้ไม่เสมอกับผิวหนังหน้าท้องของผู้ป่วย	หลอดละ	๓๐๐
๕๗๐๑๘C	๓๐๖	แผ่นปิดรักษาแผลเปิด (Stoma wafer) ขนาด ๕๐ x ๕๐ ซม. ลักษณะ เป็นแผ่นรองที่บางและยืดหยุ่น ทำหน้าที่ดูดซับความชื้น ไม่ยอมน้ำของเหลว อากาศ และเชื้อโรค ผ่านเข้าผิวหนัง สามารถกดให้เข้ากับรูปร่างของผิวหนังได้ ข้อบ่งชี้ ใช้ติดกับผิวหนังที่มีแผล เพื่อปกป้องผิวหนังหรือใช้เพื่อปรับสภาพผิวหนังให้เรียบ	ชิ้นละ	๓๐๐
๕๗๐๑๘D	๓๐๗	เข็มขัด (Stoma Belt) ลักษณะ เข็มขัดรัดแป้นปิดหน้าท้อง ชนิด ๒-piece appliance ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดแป้นรองให้ติดกับผิวหนังหน้าท้อง กรณีลำไส้ที่หน้าท้องมีระดับเดียวกับหรือต่ำกว่าผิวหนังหน้าท้อง	เส้นละ	๓๐๐
๕๗๐๑๘	๓๐๘	๕.๗.๕ บอลลูนถ่างขยายทางเดินอาหาร (GI Tract Dilation balloon) ลักษณะ เป็นสายที่ส่วนปลาย เป็นบอลลูนใช้ในการถ่างขยายทางเดินอาหารที่ตีแคบ เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหารส่วนปลาย ลำไส้และรูเปิดท่อน้ำดี ข้อบ่งชี้ ๑. สำหรับผู้ป่วยที่มีท้องทึบทางเดินอาหารตีแคบโดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ ๒. ใช้ในการถ่างขยายท่อน้ำดี หรือรูเปิดท่อน้ำดีก่อนการฝังนิ่วขนาดใหญ่ มากกว่า ๑๐ มิลลิเมตรขึ้นไป คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร ๒. ศัลยแพทย์ทั่วไปที่ชำนาญการส่องกล้องที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยว่าสามารถทำหัตถการที่ใช้อุปกรณ์นี้ได้	เส้นละ	๘,๐๐๐
๕๗๐๑๖	๓๐๙	๕.๗.๖ บอลลูนถ่างขยายโรค Achalasia (Pneumatic Balloon) ลักษณะ เป็นสายที่ส่วนปลายเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ - ๔ เซนติเมตร ที่ใช้ลงในการถ่างขยายหลอดอาหาร ข้อบ่งชี้ ใช้ในผู้ป่วยหลอดอาหารส่วนปลายตีบจากโรค Achalasia คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร ๒. ศัลยแพทย์ทั่วไป	เส้นละ	๑๓,๐๐๐
๕๗๐๑๗	๓๑๐	๕.๗.๗ ท่อถ่างขยายหลอดอาหารแบบไม่หดรัดตัว (Esophageal SEMS) ลักษณะ เป็นท่อกลวงทำจากโลหะหรือวัสดุสังเคราะห์อื่นที่สามารถถ่างออกได้ ใช้ค้ำยัน/ถ่างขยายหลอดอาหารเพื่อค้ำยันไม่ให้ตีบตัน อาจมีหรือไม่มีเมมเบรนหุ้มได้ ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้ในผู้ป่วยที่หลอดอาหารตีบตันจากแผลเป็นหรือพังผืดในหลอดอาหารที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการขยายหลอดอาหาร ๒. ผู้ป่วยหลอดอาหารที่มีระยะลุกลามไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขได้ ๓. ในผู้ป่วยที่มีการอุดตันหลอดอาหารที่มีการพยากรณ์โรคไม่เกิน ๖ เดือน คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. ศัลยแพทย์ทั่วไปที่ได้รับการฝึกอบรมชำนาญในการตรวจสอบกล้องในทางเดินอาหาร ๒. ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ๓. อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร	อันละ	๒๕,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๕๗๐๘	๓๑๑	๕.๗.๘ ห่อถ่างขยายตัวใส่ใหญ่ชนิดโลหะ (Self-Expandable Metallic Stent: SEMS) ลักษณะ เป็นอุปกรณ์โครงโลหะสามารถถ่างออกได้ ใช้ถ่าง/ถ่างขยายใส่ใหญ่เพื่อค้ำยันไม่ให้ตีตัน ได้โดยผ่านกล้องส่องตรวจ ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้ในกรณีที่มีผู้ป่วยใส่ใส่ใหญ่ที่ตีตันที่ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้ ๒. ใช้ในกรณีที่มีผู้ป่วยใส่ใส่ใหญ่จุดตันเฉียบพลันจากเนื้องอกก่อนการผ่าตัดใส่ใส่ใหญ่ด้านซ้าย ทำให้ไม่ต้องผ่าตัดฉีกเนื้อเยื่อใส่ใส่ใหญ่ด้านหน้าท้อง คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. ศัลยแพทย์ทั่วไปที่ได้รับการฝึกอบรมชำนาญในการตรวจส่องกล้องในทางเดินอาหาร ๒. ศัลยแพทย์ใส่ใส่ใหญ่และทวารหนัก ๓. อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร หมวด ๖ ทางเดินปัสสาวะ และสืบพันธุ์ ๖.๐ สายระบายปัสสาวะ ๖.๐.๑ สายสวนปัสสาวะ ชนิดในท่อไต ลักษณะ เป็นสายสวนที่ใช้ใส่ผ่านกระเพาะปัสสาวะไปสู่ไตโดยผ่านทางท่อไต ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีการตีตันหรืออุดตันของท่อไต ๖.๐.๒ สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้ในไต ลักษณะ เป็นสายสวนที่ใช้ใส่เข้าสู่ไตโดยตรงทางผิวหนัง โดยมีลักษณะดังนี้ ๑. เป็นสายที่มีสารเคลือบป้องกันการอุดตันของนิ้วที่ฝังภายในท่อ ๒. มีปลายโค้งงอ ๓. มีอายุการใช้งานมากกว่า ๓ เดือน ๖.๐.๓ สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้กับกระเพาะปัสสาวะ ผ่านทางหน้าท้อง ลักษณะ เป็นสายสวนที่ใช้ใส่เข้าสู่กระเพาะปัสสาวะโดยตรงทางผิวหนัง ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีการตีตันหรืออุดตันของท่อปัสสาวะที่ไม่สามารถใส่สายสวนผ่านทางท่อปัสสาวะได้ ๖.๐.๔ ชุดเจาะปัสสาวะทางหน้าท้อง (Trocar percutaneous cystostomy set) ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๖.๐.๓ ๖.๐.๕ สายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง ลักษณะ เป็นสายสวนพลาสติกที่ส่วนปลายโค้งงอ (Pigtail) หรือรูปตัว J) หรือรูปเส้นตรง เพื่อใช้ในการ ระบายของเหลวหรือลม สามารถอยู่ในร่างกายได้นานเกินกว่า ๓ เดือน ข้อบ่งชี้ ระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกาย ๖.๐.๖ สายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง ลักษณะ เป็นสายซิลิโคนสำหรับสวนปัสสาวะ มีปลอกพลาสติกสำหรับใส่สายสวนปัสสาวะและสายสวนสามารถ นำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยนำมาแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในหลอดพลาสติก ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่มีความบกพร่องของระบบทางเดินปัสสาวะ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖.๑ ตัวกรองไตเทียม (Dialyzer) ๖.๑.๓ ตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ (Hemoperfusion cartridge) ชนิดผงถ่าน ข้อบ่งชี้ ใช้ในกรณีฟอกสารพิษในเลือด ๖.๑.๔ ตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ (Hemoperfusion cartridge) ชนิดเรซิน ข้อบ่งชี้ ใช้ในกรณีฟอกสารพิษในเลือดแต่จะเป็นสารพิษชนิดเดียวกับรายการ ๖.๑.๓ ๖.๒ วัสดุ/อุปกรณ์อื่น ๆ ในการตรวจรักษาในทางเดินปัสสาวะ ๖.๒.๑ สายสวนเพื่อขยายท่อไต (Ureteral dilator) ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้ขยายท่อไตก่อนส่องกล้องตรวจท่อไต (Dilate ก่อนใส่ Ureterorenoscope) ๒. ใช้ขยายท่อไตเพื่อการรักษาท่อไตตีตัน ๖.๒.๒ ชุดทางนำสายสวนผ่านทางผิวหนังเพื่อใช้เป็นทางนำสอดใส่สายสวน ลักษณะ ประกอบด้วย เข็มเจาะขนาดเล็ก สายสวนนำทาง และท่อถ่างขยาย ขนาด ๖ Fr ข้อบ่งชี้ ๑. เพื่อระบายน้ำปัสสาวะ ของเหลว ลม หรือน้ำดี ออกจากร่างกาย โดยใช้ร่วมกับรายการรหัส ๖๐๐๕ ๒. ใช้เป็นทางนำเพื่อเจาะผ่านผิวหนังเข้าหลอดเลือดดำ Portal เพื่อรักษาโรคตับ ๖.๒.๓ สายคล้องนิ่วในท่อไตและในไต (Stone basket) ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีนิ่วในไต หรือนิ่วในท่อไต ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก	อันละ	๓๒,๐๐๐
๖๐๐๑	๓๑๒	๖.๐.๑ สายสวนปัสสาวะ ชนิดในท่อไต ลักษณะ เป็นสายสวนที่ใช้ใส่ผ่านกระเพาะปัสสาวะไปสู่ไตโดยผ่านทางท่อไต ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีการตีตันหรืออุดตันของท่อไต	เส้นละ	๓,๗๐๐
๖๐๐๒	๓๑๓	๖.๐.๒ สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้ในไต ลักษณะ เป็นสายสวนที่ใช้ใส่เข้าสู่ไตโดยตรงทางผิวหนัง โดยมีลักษณะดังนี้ ๑. เป็นสายที่มีสารเคลือบป้องกันการอุดตันของนิ้วที่ฝังภายในท่อ ๒. มีปลายโค้งงอ ๓. มีอายุการใช้งานมากกว่า ๓ เดือน	เส้นละ	๓,๗๐๐
๖๐๐๓	๓๑๔	๖.๐.๓ สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้กับกระเพาะปัสสาวะ ผ่านทางหน้าท้อง ลักษณะ เป็นสายสวนที่ใช้ใส่เข้าสู่กระเพาะปัสสาวะโดยตรงทางผิวหนัง ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีการตีตันหรืออุดตันของท่อปัสสาวะที่ไม่สามารถใส่สายสวนผ่านทางท่อปัสสาวะได้	เส้นละ	๕๐๐
๖๐๐๔	๓๑๕	๖.๐.๔ ชุดเจาะปัสสาวะทางหน้าท้อง (Trocar percutaneous cystostomy set) ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๖.๐.๓	ชุดละ	๕๐๐
๖๐๐๕	๓๑๖	๖.๐.๕ สายสวนเพื่อระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกายผ่านผิวหนัง ลักษณะ เป็นสายสวนพลาสติกที่ส่วนปลายโค้งงอ (Pigtail) หรือรูปตัว J) หรือรูปเส้นตรง เพื่อใช้ในการ ระบายของเหลวหรือลม สามารถอยู่ในร่างกายได้นานเกินกว่า ๓ เดือน ข้อบ่งชี้ ระบายของเหลวหรือลมออกจากร่างกาย	ชุดละ	๓,๕๐๐
๖๐๐๖	๓๑๗	๖.๐.๖ สายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง ลักษณะ เป็นสายซิลิโคนสำหรับสวนปัสสาวะ มีปลอกพลาสติกสำหรับใส่สายสวนปัสสาวะและสายสวนสามารถ นำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยนำมาแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในหลอดพลาสติก ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่มีความบกพร่องของระบบทางเดินปัสสาวะ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	เส้นละ	๘๐๐
๖๑๐๓	๓๑๘	๖.๑.๓ ตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ (Hemoperfusion cartridge) ชนิดผงถ่าน ข้อบ่งชี้ ใช้ในกรณีฟอกสารพิษในเลือด	ชุดละ	๑๑,๐๐๐
๖๑๐๔	๓๑๙	๖.๑.๔ ตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ (Hemoperfusion cartridge) ชนิดเรซิน ข้อบ่งชี้ ใช้ในกรณีฟอกสารพิษในเลือดแต่จะเป็นสารพิษชนิดเดียวกับรายการ ๖.๑.๓	ชุดละ	๒๕,๐๐๐
๖๒๐๑	๓๒๐	๖.๒.๑ สายสวนเพื่อขยายท่อไต (Ureteral dilator) ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้ขยายท่อไตก่อนส่องกล้องตรวจท่อไต (Dilate ก่อนใส่ Ureterorenoscope) ๒. ใช้ขยายท่อไตเพื่อการรักษาท่อไตตีตัน	ชุดละ	๙,๒๐๐
๖๒๐๒	๓๒๑	๖.๒.๒ ชุดทางนำสายสวนผ่านทางผิวหนังเพื่อใช้เป็นทางนำสอดใส่สายสวน ลักษณะ ประกอบด้วย เข็มเจาะขนาดเล็ก สายสวนนำทาง และท่อถ่างขยาย ขนาด ๖ Fr ข้อบ่งชี้ ๑. เพื่อระบายน้ำปัสสาวะ ของเหลว ลม หรือน้ำดี ออกจากร่างกาย โดยใช้ร่วมกับรายการรหัส ๖๐๐๕ ๒. ใช้เป็นทางนำเพื่อเจาะผ่านผิวหนังเข้าหลอดเลือดดำ Portal เพื่อรักษาโรคตับ	ชุดละ	๒,๕๐๐
๖๒๐๓	๓๒๒	๖.๒.๓ สายคล้องนิ่วในท่อไตและในไต (Stone basket) ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีนิ่วในไต หรือนิ่วในท่อไต ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก	ชุดละ	๗,๕๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๖๒๐๔	๓๒๓	๖.๒.๔ เข็มเจาะตัดชิ้นเนื้อ (biopsy needle) ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อที่ห้องตัดชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา	ชุดละ	๑,๑๐๐
๖๒๐๕	๓๒๔	๖.๒.๕ Urinometer set (ต่อจากสายสวนระยะยาว) ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อจากสายสวนระยะยาว ข้อบ่งชี้ ใช้ตรวจวัดปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด เช่น ผู้ป่วยหนักใน ICU หรือผู้ป่วยเด็ก สายต่อ และถุงเก็บปัสสาวะที่มีมาตรฐานการวัดโดยละเอียด เป็นต้น	ชุดละ	๕๓๐
๖๒๐๖	๓๒๕	๖.๒.๖ วัสดุชิ้นเปลี่ยนในการผ่าตัดนำไตออกจากผู้บริจาคโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic donor nephrectomy) หมวด ๗ กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ๗.๐ ขั้วเทียม	ราคาเหมา รวม	๑๐,๐๐๐
๗๐๐๑	๓๒๖	๗.๐.๑ ขั้วน่องเทียม ชนิดซิลิโคน และชนิดซิลิโคนผสมโลหะ ลักษณะ เป็นข้อเทียมที่ใช้ทดแทนข้อน่องที่ถูกทำลายจากการอักเสบจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้อบ่งชี้ ผู้ป่วยที่มีข้อน่องถูกทำลายจากโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ทำให้เกิดความเจ็บปวดที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล และ/หรือเกิดการผิดรูปของข้อทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้งานหรือเคลื่อนไหวได้ตามปกติ คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๓. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ๒. ศัลยแพทย์ตกแต่ง ๓. ศัลยแพทย์ทางมือและจุกัลยกรรม	ข้อละ	๓๕,๐๐๐
๗๐๐๒	๓๒๗	๗.๐.๒ ข้อศอกเทียม (Total Elbow Arthroplasty) ลักษณะ เป็นข้อศอกเทียมที่ใช้ทดแทนข้อศอกที่มีกระดูกและกระดูกอ่อนข้อศอกเสียหาย โดยให้มีการเคลื่อนไหวของข้อศอกได้ ข้อบ่งชี้ ๑. ข้อศอกเสื่อมสภาพจากโรคข้ออักเสบ ๒. อุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บแล้วที่ยังมีอาการปวดจากข้อเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยการอนุรักษ์นิยมไม่ได้ผล หรือมีอาการทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานปกติ กระดูกแขนส่วนปลายแตกหักอย่างละเอียดในผู้ป่วยอายุมากกว่า ๗๐ ปี คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๓. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ๒. ศัลยแพทย์ทางมือและจุกัลยกรรม	ข้อละ	๕๐,๐๐๐
๗๐๐๓	๓๒๘	๗.๐.๓ ข้อไหล่เทียมทั้งข้อ ชนิด Conventional (Conventional Total Shoulder Arthroplasty Prosthesis) ลักษณะ เป็นข้อเทียมประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ คือ ข้อเทียมด้านกระดูก Humerus ทำด้วยโลหะ ประกอบด้วย ส่วนหัว (Head) รวมถึงส่วนรองรับหัวทำหน้าที่เคลื่อนไหวบนเบ้ากระดูก Glenoid และส่วนแกน (Stem) สำหรับยึดตรึงข้อเทียมกับโครงกระดูก Humerus และข้อเทียมด้านกระดูก Glenoid ประกอบด้วย ส่วนเบ้าเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวของข้อเทียมด้านกระดูก Humerus ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ และ/หรือส่วนฐานรอง (Base plate) เพื่อยึดติดกับเนื้อกระดูกส่วน Glenoid ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยซึ่งมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ๑. ข้อไหล่เสื่อมจากสาเหตุต่าง ๆ (Degenerative OA, Post Traumatic OA, Inflammatory OA, Cuff Tear Arthropathy, Capsulorrhaphy Arthropathy) ๒. หัวกระดูกข้อไหล่ขาดเลือดขั้นที่ ๔ และ ๕ (Humeral Head Osteonecrosis Stage ๔, ๕) ร่วมกับภาวะเสื่อมของผิวข้อด้านกระดูก Glenoid ๓. มีข้อไหล่เทียมเดิมซึ่งเสียหายใช้งานไม่ได้ต้องผ่าตัดแก้ไข (Prosthesis Revision) ทั้งนี้ ในทุกข้อต้องมีอาการปวดหรือทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติ โดยไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์	ข้อละ	๒๕,๐๐๐
๗๐๐๔	๓๒๙	๗.๐.๔ ข้อเข่า ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ข้อบ่งชี้ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภาพในผู้ป่วยที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี ซึ่ง ๑. มีอาการปวดที่ข้อที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีทางอนุรักษ์นิยมที่ให้อย่างเต็มที่แล้ว หรือ ๒. มีทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติ หรือ ๓. มีข้อเข่าที่บ่งชี้ว่าอาจทำให้เกิดปัญหาทางชีวกลศาสตร์ต่อร่างกายส่วนอื่น หรือ ๔. มีข้อเข่าที่บ่งชี้ว่าผ่านการรักษาโดยอนุรักษ์นิยมมาอย่างน้อย ๖ เดือนแล้วไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางยา	ข้อละ	๗๕,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๗๐๐๕	๓๓๐	๗.๐.๕ ข้อเท้า ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนข้อเท้าในผู้ป่วยที่ข้อเท้าเสื่อมสภาพ ซึ่ง ๑. มีอาการปวดที่ข้อเท้าไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีทางอนุรักษ์นิยมที่ใช้อย่างเต็มที่แล้ว หรือ ๒. มีทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติ หรือ ๓. มีข้อมูลทั้งเชิงชีวภาพหรือชีวกลศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าอาจทำให้เกิดปัญหาทางชีวกลศาสตร์ต่อร่างกายส่วนอื่น หรือ ๔. มีข้อมูลชัดเจนว่าผ่านการรักษาโดยอนุรักษ์นิยมมาอย่างน้อย ๖ เดือนแล้วไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางยา	ข้อละ	๕๐,๐๐๐
๗๐๐๖	๓๓๑	๗.๐.๖ ข้อสะโพกมีเบ้า (Total Hip Prosthesis) รวมทั้งอุปกรณ์เสริมไม่รวมชิ้นกระดูก ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนข้อสะโพกในผู้ป่วยที่ข้อสะโพกเสื่อมสภาพ ซึ่ง ๑. มีอาการปวดที่ข้อเท้าไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีทางอนุรักษ์นิยมที่ใช้อย่างเต็มที่แล้ว หรือ ๒. มีทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติ หรือ ๓. มีข้อมูลทั้งเชิงชีวภาพหรือชีวกลศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าอาจทำให้เกิดปัญหาทางชีวกลศาสตร์ต่อร่างกายส่วนอื่น หรือ ๔. มีข้อมูลชัดเจนว่าผ่านการรักษาโดยอนุรักษ์นิยมมาอย่างน้อย ๖ เดือนแล้วไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางยา	ข้อละ	๖๕,๐๐๐
๗๐๐๗	๓๓๒	๗.๐.๗ ข้อสะโพกไม่มีเบ้า (Unipolar Prosthesis) ข้อบ่งชี้ ใช้ในผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักที่มีอาการปวดและเดินไม่ได้ก่อนที่จะมีกระดูกหัก (Bedridden) แต่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อเทียมเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ คล้ายแพทย์ออร์โธปิดิกส์	ข้อละ	๑๒,๐๐๐
๗๐๐๘	๓๓๓	๗.๐.๘ วัสดุรองรับข้อสะโพก (Supporting ring) ข้อบ่งชี้ เสริมเบ้าข้อสะโพกที่เสื่อมสภาพที่มีพยาธิสภาพมาก ไม่สามารถใช้ข้อเทียมชนิดที่ใช้งานทั่วไปได้ พิจารณาได้จากภาพถ่ายรังสี และลักษณะข้อที่ถูกทำลายที่ตรวจพบขณะผ่าตัด	ข้อละ	๑๕,๐๐๐
๗๐๑๐	๓๓๔	๗.๐.๑๐ ข้อสะโพกไม่มีเบ้า ชนิด ๒ ชิ้น (ไบโพลา) ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนข้อที่เสื่อมสภาพ ซึ่ง ๑. ข้อเสื่อมสภาพ ชนิดที่เกิดการทำลายเฉพาะหัวกระดูกต้นขา หรือ ๒. กระดูกบริเวณข้อสะโพกหัก ชนิดที่ไม่สามารถดึงกระดูกให้เข้าที่และตามกระดูกภายในด้วยโลหะได้ ข้อเข้า ชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล (Revision TKA) ลักษณะ เป็นข้อเข้าเทียมที่ใช้ทดแทนข้อเข้าเทียมที่เสื่อมสภาพ และมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้	ข้อละ	๓๕,๐๐๐
๗๐๑๒	๓๓๕	๗.๐.๑๒ ข้อเข้าเทียมส่วนฟิเมอร์ (Femoral Component)	ชิ้นละ	๔๐,๐๐๐
๗๐๑๓	๓๓๖	๗.๐.๑๓ ข้อเข้าเทียมส่วนทิวเบีย (Tibial Component)	ชิ้นละ	๒๕,๐๐๐
๗๐๑๔	๓๓๗	๗.๐.๑๔ ก้านต่อของ Femoral component	ชิ้นละ	๑๒,๐๐๐
๗๐๑๕	๓๓๘	๗.๐.๑๕ ก้านต่อของ Tibial component	ชิ้นละ	๑๒,๐๐๐
๗๐๑๖	๓๓๙	๗.๐.๑๖ โลหะเสริมส่วนกระดูกที่หายไป (Metal Augmentation)	ชิ้นละ	๑๒,๐๐๐
๗๐๑๗	๓๔๐	๗.๐.๑๗ ผิวข้อเทียมที่ทำจาก Polyethylene (Polyethylene Insert)	ชิ้นละ	๑๐,๐๐๐
๗๐๑๘	๓๔๑	๗.๐.๑๘ ผิวลูกสะบ้าเทียม ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนข้อเข้าเทียมอาจจะไม่ใช้ทุกชิ้นก็ได้ ข้อบ่งชี้ รายการ ๗.๐.๑๒ - ๗.๐.๑๘ ใช้ในผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าเทียมมาแล้ว โดยมีความเสียหาย และผิดปกติอย่างมาของกระดูกข้อเข้า คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ คล้ายแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หมายเหตุ ให้เบิกเป็นรายชิ้น โดยเบิกได้รวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อข้อเข้า	ชิ้นละ	๓,๕๐๐
๗๐๑๙	๓๔๒	๗.๐.๑๙ ข้อสะโพกมีเบ้า (ชนิด Hybrid) ลักษณะ ๑. ก้านสะโพกเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ๑.๑ ก้านสะโพกเป็นชนิดผิวเรียบเป็นมัน มีลักษณะเป็นรูปลิ้น และผิวก้านสะโพกไม่ยึดติดกับสารยึดกระดูก (Bone Cement) ไม่มีส่วนของก้านสะโพก (Collar) ๑.๒ ส่วนที่ต่อกับหัวข้อสะโพกมีลักษณะเป็น Modular คือ สามารถใช้กับหัวข้อสะโพกหลาย ๆ ขนาดได้ ๑.๓ เป็นก้านสะโพกเทียมลักษณะก้านตรง และก้านมี Taper เพื่อป้องกันการเกิด Stress Shielding ๑.๔ สามารถต่อกับ Centralizer ด้านปลายของก้านสะโพกเทียมได้ ๑.๕ ก้านสะโพกมีขนาดให้เลือกหลายขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของโพรงกระดูกผู้ป่วย ๒. เบ้าสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก ๒.๑ เป็นเบ้าสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก ๒.๒ พื้นผิวของเบ้าสะโพกเทียมทั้งหมดมีการทำพื้นผิวแบบ Porous-coated เพื่อเหนียวนำไปให้เกิดมีการงอกเข้าไปยึดติดกับเบ้าข้อเทียม	ข้อละ	๔๕,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๗๐๑๙	(ต่อ)	๒.๓ ผลิตภัณฑ์โลหะ Titanium Alloy ๒.๔ เบ้าตะโพกเทียมมีขนาดให้เลือกหลายขนาด ข้อบ่งชี้ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภาพสำหรับผู้ป่วย ซึ่ง ๓. มีอาการปวดข้อที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีทางอนุรักษ์นิยมที่ใช้อย่างเต็มที่แล้ว หรือ ๒. มีทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติ หรือ ๓. มีข้อมูลบ่งชี้ว่า อาจทำให้เกิดปัญหาทางชีวกลศาสตร์ต่อร่างกายส่วนอื่น หรือ ๔. มีข้อมูลชัดเจนว่าผ่านการรักษาโดยอนุรักษ์นิยมมาอย่างน้อย ๖ เดือนแล้วไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางยา		
๗๐๒๐	๓๔๓	๗.๐.๒๐ ข้อไหล่เทียม ชนิดเปลี่ยนเฉพาะข้อด้านกระดูกต้นแขน (Hemi Shoulder Prosthesis) ลักษณะ เป็นข้อเทียมทำด้วยโลหะประกอบด้วยส่วนหัว (Head) รวมถึงส่วนรองรับหัว ทำหน้าที่เคลื่อนไหวบนผิวข้อด้านกระดูก Glenoid และส่วนแกน (Stem) สำหรับยึดตรึงข้อเทียมกับโครงกระดูก Humerus ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหรือทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานตามปกติ โดยไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่แล้วเป็นเวลาประมาณ ๖ เดือน ในกรณีต่อไปนี้ ๑. ข้อไหล่เสื่อมจากสาเหตุต่าง ๆ (Degenerative OA, Post Traumatic OA, Inflammatory OA, Cuff Tear Arthropathy, Capsulorrhaphy Arthropathy) ๒. หัวกระดูกข้อไหล่ขาดเคลื่อนชั้นที่ ๔ และ ๕ (Humeral Head Osteonecrosis Stage ๔, ๕) ๓. ส่วนหัวของกระดูก humerus ถูกทำลายจากภาวะขาดเลือดจนไม่สามารถทำการยึดตรึงหรือซ่อมแซมได้ ได้แก่ ภาวะ Displaced α -part proximal humeral fractures, Impression fracture > ๔๐% of articular surface, Head splitting fractures, ๓ - part fracture-dislocations in elderly patients with osteoporotic bone, Anatomic neck fractures that are not amenable to internal fixation ๔. Mild or moderate humeral head deformity and/or limited motion, Malunion of the humerus head คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ข้อตะโพกเทียมสำหรับการแก้ไข (Revision Total Hip Arthroplasty) ลักษณะ เป็นข้อตะโพกเทียมแบบที่เข้ามีผิวหยาบ และมีรูพรุนมาก (Hydroxyapatite coating) และก้านข้อตะโพกมีความยาวเป็นพิเศษ ซึ่งอาจจะมีส่วนต่อทางด้านบนของหัวก้านตะโพกเทียม เพื่อทดแทนกระดูกที่หายไปบางส่วน โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้	ข้อสะ	๖๐,๐๐๐
๗๐๒๑	๓๔๔	๗.๐.๒๑ เบ้าตะโพกโลหะแบบมีรูพรุน (Hydroxyapatite Acetabular Cup) และผิวหยาบ เพื่อใช้ในการผ่าตัด Revision	ชิ้นละ	๓๒,๐๐๐
๗๐๒๒	๓๔๕	๗.๐.๒๒ ก้านข้อตะโพกแบบยาวพิเศษ เพื่อใช้ในการ Revision (Long stem femoral component) รวมถึงส่วนต่อด้านบนของก้านข้อตะโพกเทียม (Body of femoral stem)	ชุดละ	๓๔,๐๐๐
๗๐๒๓	๓๔๖	๗.๐.๒๓ ผิวข้อเทียมที่ใช้กับเบ้าตะโพกโลหะที่ทำจาก Polyethylene (Acetabular liner)	ชิ้นละ	๗,๐๐๐
๗๐๒๔	๓๔๗	๗.๐.๒๔ หัวข้อตะโพกเทียม (Femoral head) ทำจากโลหะหรือเซรามิก	ชิ้นละ	๕,๐๐๐
๗๐๒๕	๓๔๘	๗.๐.๒๕ สกรูยึดเบ้าโลหะเข้ากับกระดูกเบ้าตะโพก (Screw for Acetabular Shell) ข้อบ่งชี้ รายการ ๗.๐.๒๓ - ๗.๐.๒๕ ๓. ให้ทดแทนข้อเทียมที่เสื่อมสภาพมาจนใช้การไม่ได้ ๒. ใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดข้อตะโพกที่มีกระดูกเบ้าตะโพกและกระดูกต้นขาหายไป (Bone Loss) ซึ่งข้อเทียมแบบธรรมดาไม่สามารถใช้ได้ผลดี คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หมายเหตุ เบิกได้ตามรายการที่ใช้ โดยเบิกได้รวมไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อข้อตะโพก (อาจจะมีการใช้สกรูมากกว่า ๑ ชิ้น)	ชิ้นละ	๑,๕๐๐
๗๐๒๖	๓๔๙	๗.๐.๒๖ ข้อศอกเทียม (Total Elbow Arthroplasty) ที่ทำจาก Titanium ลักษณะ เป็นข้อศอกเทียมที่ใช้ทดแทนข้อศอกที่มีกระดูกและกระดูกอ่อนข้อศอกเสียหาย โดยไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อศอกได้ วัสดุทำจาก Titanium ส่วนเคลือบผิวทำจาก Cobalt-Chromium (Co-Cr), Polyethylene (PE) ข้อบ่งชี้ ๑. ข้อศอกเสื่อมสภาพจากโรคข้ออักเสบ ๒. อุบัติเหตุที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วซึ่งมีอาการปวดจากข้อเสื่อมที่ให้การรักษาด้วยการอนุรักษ์นิยมไม่ได้ผล หรือมีอาการทุพพลภาพที่ขัดต่อการใช้งานปกติ กระดูกแขนส่วนปลายแตกเข้าข้ออย่างละเอียด ในผู้ป่วยอายุมากกว่า ๗๐ ปี	ข้อสะ	๖๕,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๗๐๒๖	(๗๐)	คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ๒. ศัลยแพทย์ทางมือและจุลศัลยกรรม		
		๗.๑ กระดูกเทียม และเส้นเอ็นเทียม		
๗๑๐๑	๓๕๐	๗.๑.๑ หัวกระดูกเรเดียสเทียม (Radial head prosthesis) ลักษณะ เป็นหัวกระดูกเทียมที่ใช้ทดแทนหัวกระดูกของแขนข้อไหล่ในส่วนกระดูกเรเดียสบริเวณข้อศอก วัสดุทำจาก Titanium ส่วนหัวกระดูกเทียมทำจาก Cobalt-Chromium (Co-Cr) ข้อบ่งชี้ ๑. หัวกระดูกเรเดียสแตกและเย็บ ๒. หัวกระดูกเรเดียสแตกพร้อมกับการหักของกระดูกอัลนา ๓. หัวกระดูกเรเดียสหักร่วมกับการฉีกขาดของเอ็นข้อศอก ๔. เนื้องอกของหัวกระดูกเรเดียส คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ๒. ศัลยแพทย์ทางมือและจุลศัลยกรรม	ชิ้นละ	๕๐,๐๐๐
๗๑๐๒	๓๕๑	๗.๑.๒ สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก ลักษณะ เป็นสารจำพวก Hydroxyapatite ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้ในผู้ป่วยที่กระดูกหักแล้วไม่ติด แบบ Atrophic non-union ในผู้สูงอายุเกิน ๖๕ ปี หรือเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ๒. ใช้ในผู้ป่วยหลังคด (Scoliosis/Spinal deformity) หมายเหตุ ใช้ได้ไม่เกิน ๒๐ ซีซี ต่อการผ่าตัด ๑ ครั้ง	๕ ซีซี	๓,๓๐๐
๗๑๐๓	๓๕๒	๗.๑.๓ เส้นเอ็นเทียมใช้บริเวณมือ ข้อบ่งชี้ ทดแทนเส้นเอ็นบริเวณมือและแขนส่วนล่างที่ขาดเสียหายจากการบาดเจ็บหรือโรคของเอ็นที่ไม่สามารถให้การรักษาดังวิธีทางอนุรักษ์นิยม และการผ่าตัดวิธีอื่น เช่น การเย็บซ่อมเส้นเอ็นให้เข้าที่หรือใช้การปลูกเส้นเอ็นจากส่วนอื่นของร่างกายได้ เป็นต้น	เส้นละ	๙,๕๐๐
๗๑๐๔	๓๕๓	๗.๑.๔ โลหะแทนกระดูกแบบมีรูพรุน เพื่อให้กระดูกงอกเข้าไปยึดติดข้อต่อไทเทเนียมได้ (Hydroxyapatite metal augmentation) (รวมสารไฮดรอกซี อนุภาค) ลักษณะ เป็นโลหะที่ขึ้นรูปเป็นรูพรุน เพื่อใช้ทดแทนกระดูกที่หายไปจากโรคหรือความผิดปกติต่าง ๆ โลหะนี้ต้องมีคุณสมบัติที่ทำให้กระดูกสามารถเจริญเติบโตเข้าไปยึดติดกับกระดูกที่ยังเหลืออยู่ได้ ข้อบ่งชี้ ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อไทเทเนียมในผู้ป่วยที่กระดูกสูญหายไปหรือการฉีกขาดอย่างรุนแรงของกระดูกโครงสร้างที่รองรับข้อต่อและยึดติดกับข้อต่อแน่น มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาตรกระดูกปกติ (Severe bone loss more than 50% of bone volume) คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หมายเหตุ เบิกได้ไม่เกิน ๒ ชิ้น/ข้อต่อไทเทเนียม	ชิ้นละ	๒๐,๐๐๐
๗๑๐๕	๓๕๔	๗.๑.๕ วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลังส่วนคอ/หน้าอก/หลังเอว (Interbody Fusion Device : Cage or PEEK) รวมแคลเซียมไฮดรอกซี อนุภาค ลักษณะ เป็นชิ้นวัสดุขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับช่องว่างปล้องกระดูกสันหลัง ทำจากโลหะหรือวัสดุสังเคราะห์ มีความแข็งแรงพอเพื่อทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังเดิมที่เสื่อมสภาพ สามารถช่วยรองรับน้ำหนักกดทับจากกระดูกสันหลังปล้องบน อาศัยรูปทรงเหลี่ยมหรือรูปโค้ง สอดหรือใส่เข้าไปในช่องว่างปล้องกระดูกสันหลังภายหลังการตัดเลาะหมอนรองกระดูกสันหลังที่เสื่อมสภาพออก ข้อบ่งชี้ เพื่อใส่ในช่องหมอนรองกระดูกสันหลังที่เสื่อมสภาพ สำหรับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) หรือโรคข้อกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) โรคกระดูกสันหลังคดหรือผิดปกติ (Scoliosis/Spinal Deformity) โรคกระดูกสันหลังติดเชื้อ (Spinal Infection) ที่ควบคุมเชื้อได้แล้ว คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ๒. ประสาทศัลยแพทย์	ชุดละ	๓๘,๐๐๐
๗๑๐๖	๓๕๕	๗.๒ โลหะตามยึดกระดูก ๗.๒.๑ โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดไม่มีรูล๊อค (K-Nail) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดูกยาวในบริเวณขา โดยเป็นการรักษานิดที่มั่นคง และรูปแบบการหักไม่ซับซ้อน	ชิ้นละ	๑,๕๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๗๒๐๒	๓๕๖	๗.๒.๒ โลหะตามใส่ในโครงกระดูก ชนิดมีรูล็อกสำหรับยึดกระดูกส่วนกลาง (Interlocking nail) และสลักยึดกระดูก (locking Bolt) ลักษณะ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ๑. เป็นโลหะทอกลวงหรือแท่งตัน ใช้สอดลงในโครงกระดูกตามแนวยาว เพื่อยึดตรึงกระดูกที่หัก และมีรูสำหรับใส่สลักล็อกแท่งโลหะนั้นกับกระดูกโดยรอบ เพื่อคงความยาวของกระดูกไว้ ไม่ให้มีการยุบลงของกระดูก ๒. สลักยึดกระดูกที่ใช้สอดเข้าในช่องของโลหะตามใส่ในโครงกระดูก มีลักษณะเป็นสกรูทำให้เกิดความแน่นคงในการยึดกระดูกที่หัก ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดูกยาวในบริเวณรยางค์ โดยเป็นการหักชนิดที่รุนแรงและซับซ้อน ไม่สามารถใช้โลหะใส่ในโครงกระดูกชนิดธรรมดาได้ รวมถึงกระดูกหักบริเวณใกล้ข้อของกระดูกยาวที่ต้องใช้ Bolt สลักยึดให้แข็งแรง คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์	ชุดละ	๙,๐๐๐
๗๒๐๓	๓๕๗	๗.๒.๓ โลหะตามกระดูกและใส่ในโครงกระดูก ชนิดไม่มีเกลียว (Nail Plate) รวมสกรู ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อตะโพกและข้อเข่าจากการบาดเจ็บหรือโรค โดยเป็นการหักชนิดที่ยังคงมีความมั่นคง เป็นการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรง และรูปแบบการหักไม่ซับซ้อน	ชุดละ	๕,๐๐๐
๗๒๐๔	๓๕๘	๗.๒.๔ โลหะตามกระดูกและใส่ในโครงกระดูกข้อตะโพก ชนิดมีเกลียว (เช่น ชุด Dynamic Hip Screw) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อตะโพกจากการบาดเจ็บหรือโรค โดยเป็นการหักชนิดที่ไม่มั่นคง กระดูกอาจเกิดการหลุดตัวหรือเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นรุนแรง และรูปแบบการหักที่ซับซ้อน	ชุดละ	๑๑,๐๐๐
๗๒๐๕	๓๕๙	๗.๒.๕ โลหะตามกระดูกและใส่ในโครงกระดูกข้อเข่า ชนิดมีเกลียว (เช่น ชุด Dynamic condylar screw) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อเข่าจากการบาดเจ็บหรือโรค โดยเป็นการหักชนิดที่ไม่มั่นคง กระดูกอาจเกิดการหลุดตัวหรือเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นรุนแรง และรูปแบบการหักที่ซับซ้อน	ชุดละ	๑๑,๐๐๐
๗๒๐๖	๓๖๐	๗.๒.๖ โลหะตามกระดูกและใส่ในโครงกระดูก ชนิดแยกชิ้น (เช่น Gamma Nail) รวมสกรู ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อตะโพกจากการบาดเจ็บหรือโรค โดยเป็นการหักชนิดที่ไม่มั่นคง กระดูกอาจเกิดการหลุดตัวหรือเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นรุนแรง และรูปแบบการหักที่ซับซ้อน	ชุดละ	๒๔,๐๐๐
๗๒๐๗	๓๖๑	๗.๒.๗ โลหะตามกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical Locking Plate) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกส่วนหลังส่วนคอที่หัก หรือข้อหลุดหลายจากความเสื่อม หรือโรคชนิดที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคง และไม่สามารถยึดตรึงด้วยการปลูกกระดูกได้ กรณีระดับแรก ลักษณะ ต่อ ๑ ระดับ ต้องมีแผ่นโลหะ ๑ ชิ้น และสกรู ๔ ตัว กรณีระดับถัดไป ลักษณะ มีแผ่นโลหะยาวกว่าระดับแรก และมีสกรูเพิ่มเติมจากระดับแรกอีก ๒ ตัวต่อระดับ	ระดับละ	๒๕,๐๐๐
๗๒๐๘	๓๖๒	๗.๒.๘ โลหะตามกระดูกสันหลังส่วนอก, เอว (PDS) ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๗.๒.๗ กรณีระดับแรก ลักษณะ ต่อ ๑ ระดับ ต้องมีแผ่นโลหะ ๒ ชิ้น และสกรู ๔ ตัว กรณีระดับถัดไป ลักษณะ มีแผ่นโลหะยาวกว่าระดับแรก และมีสกรูเพิ่มจากระดับแรกอีก ๒ ตัวต่อระดับ	ระดับละ	๒๕,๐๐๐
๗๒๐๙	๓๖๓	๗.๒.๙ แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดกว้าง (Broad Plate) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกยาวๆขนาดใหญ่ที่หัก และไม่สามารถให้การรักษาด้วยวิธีอนุรักษนิยมได้	ชิ้นละ	๕,๒๐๐
๗๒๑๐	๓๖๔	๗.๒.๑๐ แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดแคบ (Narrow Plate) ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๗.๒.๙	ชิ้นละ	๕,๐๐๐
๗๒๑๑	๓๖๕	๗.๒.๑๑ แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดมีแผ่นพุง (Buttress Plate) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกยาวๆขนาดใหญ่ที่หักบริเวณข้อและไม่สามารถให้การรักษาด้วยวิธีอนุรักษนิยมได้	ชิ้นละ	๙,๐๐๐
๗๒๑๒	๓๖๖	๗.๒.๑๒ แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดเล็ก (Small Fragment Plate, Mini Plate) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกยาวๆขนาดเล็กที่หัก และไม่สามารถให้การรักษาด้วยวิธีอนุรักษนิยมได้ หรือการยึดตรึงกระดูกในหน้า และกะโหลกศีรษะในการยึดกระดูกหักหรือมีการตัดกระดูกเพื่อการรักษาโรค	ชิ้นละ	๑,๕๐๐
๗๒๑๓	๓๖๗	๗.๒.๑๓ แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดดัดได้ (Reconstruction Plate) ข้อบ่งชี้ ๑. ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีลักษณะการหักซับซ้อน และไม่สามารถให้การรักษาด้วยวิธีอนุรักษนิยมได้ ๒. ยึดตรึงกระดูกที่สูญเสียจากการผ่าตัดเนื่องจากหริเมะหรือการติดเชื้อรุนแรง	ชิ้นละ	๒,๕๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๗๒๑๔		๗.๒.๑๔ แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดหัวล็อก		
		ลักษณะ		
		๑. ทำจากวัสดุประเภท Stainless steel หรือ Titanium โดยใช้ร่วมกับสกรูทึง (Locking Screws) เพื่อยึดตรึงกระดูก		
		๒. มีช่อง (Slot) เพื่อใส่สกรู และบางส่วนของช่องมีเกลียว เพื่อใช้ยึดกับสกรูทึง (Locking Screws)		
		๓. สามารถทำให้ปราศจากเชื้อ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมคุณภาพ		
		คุณสมบัติเฉพาะ		
		๑. เป็นแผ่นโลหะตามกระดูกที่ใช้กับสกรูทึงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๒.๐ มิลลิเมตร ถึง ๒.๗ มิลลิเมตร		
		๒. มีให้เลือกใช้ทั้งแบบตรง (Straight) แบบมุมโค้ง (Angle) หรือแบบรูปตัวยู (U shape)		
		๓. มีให้เลือกใช้ทั้งชนิดตัดได้ และ/หรือชนิดขึ้นรูป (Preform)		
		เงื่อนไขเฉพาะ		
		๑. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน		
		๒. มีหนังสือรับรองคุณภาพ		
		ข้อบ่งชี้		
		๑. ใช้สำหรับยึดตรึงกระดูกที่หักจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดูก โดยที่เป็นการหักชนิดที่รุนแรง หรือรูปแบบการหักที่ซับซ้อน (Complex/Comminuted fractures)		
		๒. ใช้สำหรับยึดตรึงกระดูกที่หัก เนื่องจากภาวะเนื้องอกหรือกระดูกพรุนหรือโรคทางเมตาบอลิซึม		
		๓. ใช้สำหรับยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณใกล้ข้อหรือหักเข้าข้อ (Periarticular or Intra Articular Fracture)		
		๔. ใช้สำหรับยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณใกล้ข้อเทียม หรือใกล้โลหะตามกระดูกเดิม (Periprosthetic/Peri-implant fractures)		
		๕. ใช้สำหรับผ่าตัดแก้ไข (Revision/Correction surgery) สำหรับกระดูกที่ไม่ติด (Nonunion) หรือกระดูกผิด畸形 (Malunion)		
		๖. ใช้สำหรับผ่าตัดแก้ไขกระดูกผิดรูป (Deformity Correction Surgery) และการผ่าตัดเชื่อมข้อ (Fusion)		
		๗. ใช้สำหรับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกที่หักด้วยวิธีการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery		
		๘. ยึดตรึงกระดูกที่มีการสูญเสียบางส่วนจากการผ่าตัดเนื้องอกหรือมะเร็งหรือการฉีกขาดรุนแรง		
๗๒๑๔A	๓๖๘	แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดหัวล็อก (Locking Compression Plate)	ชิ้นละ	๑๐,๐๐๐
๗๒๑๔บี	๓๖๙	แผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดหัวล็อกสำหรับใส่บริเวณที่หักใกล้ข้อ (Anatomical Plate)	ชิ้นละ	๑๗,๐๐๐
		ข้อบ่งชี้ ตามข้อบ่งชี้ของ ๗.๒.๑๔ ที่ใช้ในการผ่าตัดบริเวณรอบข้อต่อกระดูกเท่านั้น		
๗๒๑๕	๓๗๐	๗.๒.๑๕ แผ่นโลหะตามกระดูกยึดกระดูกที่นิ้วมือ ชนิดเล็ก	ชิ้นละ	๑,๕๐๐
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณมือและนิ้ว		
๗๒๑๖	๓๗๑	๗.๒.๑๖ โลหะตามกระดูกภายนอก	ชุดละ	๑๐,๐๐๐
		ลักษณะ ๑ ชุด มีแผ่นโลหะตามกระดูก ๒ แผ่น โลหะยึดกระดูก ๔ - ๖ แผ่น และเข็มยึด ๔ - ๖ ตัว		
		ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีการบาดเจ็บรุนแรง การติดเชื้อ และการผ่าตัดที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ การยึด เลื่อน และหลกระดูก		
๗๒๑๗	๓๗๒	๗.๒.๑๗ แผ่นโลหะไททาเนียม ขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร ยาว ๔ รู	แผ่น	๑,๗๐๐
๗๒๑๘	๓๗๓	๗.๒.๑๘ แผ่นโลหะไททาเนียม ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร ยาว ๒ - ๖ รู	แผ่น	๑,๕๐๐
๗๒๑๙	๓๗๔	๗.๒.๑๙ แผ่นโลหะไททาเนียม ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร ยาว ๘ - ๑๒ รู	แผ่น	๒,๑๐๐
๗๒๒๐	๓๗๕	๗.๒.๒๐ แผ่นโลหะไททาเนียม ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร ยาว ๒๐ รู	แผ่น	๒,๗๐๐
๗๒๒๑	๓๗๖	๗.๒.๒๑ แผ่นโลหะไททาเนียมตามมุมกระดูกขากรรไกร (Angled Universal Fracture Plate) ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร ยาว ๖ - ๑๐ รู	แผ่น	๖,๕๐๐
๗๒๒๒	๓๗๗	๗.๒.๒๒ แผ่นโลหะไททาเนียม ขนาด ๒.๔ มิลลิเมตร ยาว ๔ - ๑๐ รู	แผ่น	๓,๐๐๐
๗๒๒๓	๓๗๘	๗.๒.๒๓ แผ่นตาข่ายโลหะไททาเนียมตามกระดูกเบ้าตา (Orbital wall titanium mesh)	แผ่น	๑๒,๐๐๐
		ลักษณะ รายการ ๗.๒.๑๗ - ๗.๒.๒๓ เป็นแผ่นตามกระดูก ชนิด Miniplate และพรตาข่าย (Mesh)		
		ข้อบ่งชี้ รายการ ๗.๒.๑๗ - ๗.๒.๒๓ ยึดตรึงกระดูกใบหน้า กระดูกเบ้าตา และกระดูกอ่อนของกล่องเสียง และหลอดลมแตกหัก		
		คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ รายการ ๗.๒.๑๗ - ๗.๒.๒๓		
		๑. โสภ คอ นาลิกแพทย์		
		๒. จักษุแพทย์		
		๓. ศัลยแพทย์ตกแต่ง		



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๗๓๐๒๓	(ท่อ)	คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๕. ประกาศภัยแพทย์ ๕. หันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยกรรมกระดูก ข้อศอก และแม็กซิลโลเฟเชียล		
		๗.๓ โลหะยึดกระดูก/เอ็น		
๗๓๐๒๔	๓๗๙	๗.๓.๑ สกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดหัวล็อก (Lock Screw) ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีปัญหาไม่สามารถใช้สกรูธรรมดา และใช้ร่วมกับแผ่นโลหะตามกระดูก ชนิดหัวล็อก	ตัวละ	๒,๔๐๐
๗๓๐๒๕	๓๘๐	๗.๓.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูก ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๗.๓.๑	ตัวละ	๓๐๐
๗๓๐๒๖	๓๘๑	๗.๓.๓ แห้งโลหะตามกระดูกขนาดต่าง ๆ (Schanz Screw) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักทั่วไป	อันละ	๙๐๐
๗๓๐๒๗	๓๘๒	๗.๓.๔ สกรู ชนิดเล็ก (Mini Screw) สำหรับยึดกระดูกที่ใบหน้า นิ้วมือ ข้อมือ และเท้า ลักษณะ ใช้ยึดกระดูกที่หักร่วมกับแผ่นตามกระดูกหรือใช้ยึดกระดูกโดยตรงก็ได้ สกรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของ แกนกลางของสกรู น้อยกว่า ๓.๕ มิลลิเมตร ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่ใบหน้า นิ้วมือ ข้อมือ และเท้าที่หักชนิดไม่ซับซ้อน คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. ศัลยกรรมกระดูกออร์โธปิดิกส์ ๒. ศัลยกรรมตกแต่ง ๓. หันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยกรรมกระดูก ข้อศอก และแม็กซิลโลเฟเชียล	ตัวละ	๗๕๐
๗๓๐๒๘	๓๘๓	๗.๓.๕ สกรูยึดเอ็นข้อเข่า ลักษณะ เป็นสกรูหัวกลมเกลี้ยงมีเกลียวหนาที่สามารถยึดส่วนกระดูกของเอ็นที่นำไปปลูกกับโครง ในกระดูกข้อเข่า ข้อบ่งชี้ ใช้ในการซ่อมเอ็นข้อเข่า	ตัวละ	๕,๗๐๐
๗๓๐๒๙	๓๘๔	๗.๓.๖ หมุดสกรูยึดติดกับกระดูก ชนิดมีวัสดุยึดเส้นเอ็น ลักษณะ เป็นหมุดที่สามารถใช้ยึดเส้นกับกระดูกได้โดยตรง และมีส่วนต่อกับวัสดุที่ใช้เย็บเส้น ข้อบ่งชี้ ใช้ในการซ่อมเอ็นข้อไหล่และมือ	ตัวละ	๕,๐๐๐
๗๓๐๓๐	๓๘๕	๗.๓.๗ สมอียึดกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (Suture anchor) ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับการเย็บซ่อมเอ็นบริเวณข้อต่าง ๆ ที่เอ็นถูกกระชากหลุดออกจากกระดูก	อันละ	๖,๐๐๐
๗๓๐๓๑	๓๘๖	๗.๓.๘ ชุดเครื่องมือสำหรับเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า (Arthroscopic Meniscus Repair System) ลักษณะ เป็นชุดประกอบด้วยเข็ม ๑ อัน และค้ายสำหรับเย็บ ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับเย็บซ่อมและหมอนรองกระดูกอ่อนในข้อเข่า	ชุดละ	๕,๐๐๐
๗๓๐๓๒	๓๘๗	๗.๓.๙ วงแหวน (Washer) ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักโดยใช้ร่วมกับสกรู	ชิ้นละ	๓๐๐
๗๓๐๓๓	๓๘๘	๗.๓.๑๐ แหวนรอง (Nut) ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักโดยใช้ร่วมกับโลหะยึดตรึงกระดูกจากภายนอก	ชิ้นละ	๕๐๐
๗๓๐๓๔	๓๘๙	๗.๓.๑๑ ตะขอตรึงกระดูก (Staple) ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีลักษณะเฉพาะ และการติดต่อกับกระดูก	ชิ้นละ	๑,๕๐๐
๗๓๐๓๕	๓๙๐	๗.๓.๑๒ ลวด (Cerclage wire) ลักษณะ โลหะรูปร่างเป็นเส้นมีขนาดต่าง ๆ กัน ผลิตจาก Stainless Steel เพื่อใช้ในการผูกยึดส่วน ของกระดูกหรือกระดูกอ่อน อาจจะใช้ร่วมกับ Plate, Locking Plate, Intramedullary nail, K-wire หรือใช้แค่ Cerclage wire เพียงอย่างเดียว ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หัก ๒. ในการผ่าตัด Sternum	ชิ้นละ	๑,๕๐๐
๗๓๐๓๖	๓๙๑	๗.๓.๑๓ K-wire ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกส่วนปลาย และกระดูกที่หักมีขนาดเล็ก รวมทั้งใช้เพื่อการดึงรักษากระดูกหัก	ชิ้นละ	๓๐๐
๗๓๐๓๗	๓๙๒	๗.๓.๑๔ สกรู ชนิดพิเศษสำหรับใส่กระดูกชิ้นเล็ก ลักษณะ ขนาดสกรูตัวเล็กกว่าปกติ และไม่มีหัวสกรู ฝังเข้าไปในตัวกระดูก สำหรับยึดตรึงกระดูกข้อมือ ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกข้อมือ	ชิ้นละ	๓,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๗๓๑๕	๓๗๓	๗.๓.๑๕ สกรูยึดกระดูก ชนิดมีรูสอดตามแนวแกนของสกรู (Cannulated Screw) ลักษณะ สกรูยึดกระดูก ชนิดที่มีรูสอดตามแนวแกนของสกรู (Canulated) โดยใช้แกนโลหะนำทาง ยิงนำ และสอดสกรูตามแนวแกน ข้อบ่งชี้ การยึดกระดูกหักใกล้ข้อที่ไม่สามารถเจาะเข้า ๆ ได้ เนื่องจากเกิดการหลวมและมั่นคง ได้แก่ บริเวณหัวกระดูกต้นขา (Femoral Head or Neck) กระดูกต้นขาส่วนปลาย (Distal Femur) กระดูกสะบ้า (Patella) กระดูกขาบริเวณใต้ข้อเท้า (Tibial Plateau) กระดูกขาบริเวณเหนือข้อเท้า (Tibial Plafond) กระดูกเท้า (Talus) กระดูกสันเท้า (Calcaneus) กระดูกนิ้วมือ (ยกเว้น รายการสกรูชนิดพิเศษสำหรับใส่ข้อมือ รหัส ๗๓๓๔) คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หมายเหตุ เบิกได้ไม่เกิน ๓ ตัวต่อตำแหน่งของกระดูกที่หัก	ตัวละ	๓,๐๐๐
๗๓๑๖	๓๗๔	๗.๓.๑๖ สมองยึดเส้นเอ็นข้อไหล่แถวที่ ๒ (Anchor suture – lateral row) ลักษณะ เป็นสมองยึดกระดูกทั้งชนิดที่เป็นโลหะหรือชนิดที่ละลายได้ ทำหน้าที่ยึดดลเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ ข้อไหล่ให้แนบติดกระดูก ในการเย็บซ่อมเส้นเอ็นข้อไหล่ด้วยวิธีเย็บแบบสองแถว (Double-row repair) ข้อบ่งชี้ ใช้ในการยึดตรึงเส้นเอ็นกล้ามเนื้อข้อไหล่ให้เข้ากับตำแหน่งที่เส้นเอ็นเกาะกระดูกเดิมก่อนการฉีกขาด โดยเฉพาะกรณีที่มีการฉีกขาดตลอดความหนาของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อข้อไหล่ คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หมายเหตุ เบิกได้ไม่เกิน ๒ ตัวต่อการผ่าตัด ๓ ครั้ง	ตัวละ	๘,๐๐๐
๗๓๑๗	๓๗๕	๗.๓.๑๗ ตะขอเกี่ยวความกระดูกสันหลัง (Hook) ลักษณะ เป็นอุปกรณ์สำหรับยึดตรึงกระดูกสันหลัง เพื่อเพิ่มความมั่นคงหรือเพื่อจัดกระดูกสันหลังที่ผิดรูป ให้ตรงขึ้นได้ สามารถใช้ร่วมกับแท่งโลหะ (Rod) ยึดกระดูกสันหลังได้ (Pedicular screw) หรือใช้ยึดตรึงกระดูกสันหลังกรณีที่ไม่สามารถใส่สกรูยึดกระดูกสันหลังได้ รูปร่างเป็นตะขอสำหรับสอดเข้า Laminar หรือ Transverse process มีส่วนหัวเป็นร่อง เพื่อยึดติดกับ Rod ข้อบ่งชี้ กระดูกสันหลังผิดรูปที่สูญเสียความมั่นคง และไม่สามารถใช้สกรูยึดข้อกระดูกสันหลัง ได้แก่ กระดูกสันหลังคด (Scoliosis) หรือกระดูกสันหลังค่อม (Kyphosis) คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ๒. ประสาทศัลยแพทย์ หมายเหตุ เบิกได้ไม่เกิน ๔ ตัวต่อการผ่าตัด ๑ ครั้ง	ตัวละ	๔,๐๐๐
๗๓๑๘	๓๗๖	๗.๓.๑๘ สกรูไททาเนียมยึดแผ่นโลหะไททาเนียม ขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร ยาว ๕ - ๗ มิลลิเมตร	ชิ้น	๘๕๐
๗๓๑๙	๓๗๗	๗.๓.๑๙ สกรูยึดแผ่นโลหะไททาเนียมตามกระดูก ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร ยาว ๙ - ๑๔ มิลลิเมตร	ชิ้น	๙๓๐
๗๓๒๐	๓๗๘	๗.๓.๒๐ สกรูยึดแผ่นโลหะไททาเนียมตามกระดูก ขนาด ๒.๔ มิลลิเมตร ยาว ๖ - ๑๒ มิลลิเมตร	ชิ้น	๙๕๐
		ข้อบ่งชี้ รายการ ๗.๓.๑๘ - ๗.๓.๒๐ ยึดตรึงกระดูกใบหน้า กระดูกเบ้าตา และกระดูกอ่อน ของกล่องเสียง และหลอดลมแตกหัก คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ รายการ ๗.๓.๑๘ - ๗.๓.๒๐ ๑. โสต ศอ นาสิกแพทย์ ๒. จักษุแพทย์ ๓. ศัลยแพทย์ตกแต่ง ๔. ประสาทศัลยแพทย์ ๕. หันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ๗.๔ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ยึดกระดูกอื่น ๆ		
๗๔๐๑	๔๗๙	๗.๔.๑ สารยึดกระดูก (Bone Cement) ชนิดธรรมดา ลักษณะ เป็นสารเมทิลเมตาไคโอเลต มีสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นของเหลว และส่วนที่เป็นผงใช้ผสมกัน เพื่อให้เกิดการโพลิเมอร์ไรเซชันและเป็นวัสดุปราศจากเชื้อ ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงข้อเทียมกับกระดูกและใช้ในผู้ป่วยเนื้องอกของกระดูก	ชุดละ	๒,๐๐๐
๗๔๐๒	๔๘๐	๗.๔.๒ สารยึดกระดูก (Bone Cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม ลักษณะ เป็นสารเมทิลเมตาไคโอเลต มีสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นของเหลว และส่วนที่เป็นผงใช้ผสมกัน เพื่อให้เกิดการโพลิเมอร์ไรเซชัน และเป็นวัสดุปราศจากเชื้อและมียาปฏิชีวนะผสม เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และใช้ในรายที่เป็นการผ่าตัดแก้ไขข้อเทียมที่เกดติดเชื้อ ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงข้อเทียมกับกระดูกในผู้ป่วยที่มีหรืออาจมีการติดเชื้อ และใช้ในผู้ป่วยเนื้องอกของกระดูก และผู้ป่วยที่ผ่าตัดซ้ำมากกว่า ๑ ครั้ง	ชิ้นละ	๔,๕๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
		๗.๕ กระดูกชีวภาพ		
๗๕๐๑	๔๐๑	๗.๕.๑ กระดูกชีวภาพ ชนิดคอบแท่ง (Cancellous chip bone and AAA bone) ลักษณะ เตรียมจากกระดูกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชื้อผ่านการทำความสะอาด และการอบแห้ง รวมทั้งอาจทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมาชนิดโดยระบบสุญญากาศ	ชิ้นละ	๓,๖๕๐
		ข้อบ่งชี้ ใช้ในการผ่าตัดใส่เดมช่องว่างกระดูกที่ถูกทำลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในทางทันตกรรมและบริเวณทั่วไป		
๗๕๐๒	๔๐๒	๗.๕.๒ กระดูกแช่แข็งขนาดเล็ก ลักษณะ เตรียมจากกระดูกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชื้อผ่านการทำความสะอาด และการแช่แข็งที่เท่ากับหรือต่ำกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส รวมทั้งการทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมาชนิดโดยระบบสุญญากาศ	ชิ้นละ	๕,๐๐๐
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกทดแทนกระดูกที่ถูกทำลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดูกขนาดเล็ก		
๗๕๐๓	๔๐๓	๗.๕.๓ กระดูกแช่แข็งขนาดกลาง ลักษณะ เตรียมจากกระดูกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชื้อผ่านการทำความสะอาด และการแช่แข็งที่เท่ากับหรือต่ำกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส รวมทั้งการทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมาชนิดโดยระบบสุญญากาศ	ชิ้นละ	๑๖,๕๐๐
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกทดแทนกระดูกที่ถูกทำลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดูกขนาดใหญ่และบริเวณข้อ รวมถึงใช้ร่วมกับข้อเทียม Tibia Whole, Humerus Whole, Radius Whole, Innominate, Mandible		
๗๕๐๔	๔๐๔	๗.๕.๔ กระดูกแช่แข็งขนาดใหญ่ ลักษณะ เตรียมจากกระดูกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชื้อผ่านการทำความสะอาด และการแช่แข็งที่เท่ากับหรือต่ำกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส รวมทั้งอาจการทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมาชนิดโดยระบบสุญญากาศ	ชิ้นละ	๒๕,๐๐๐
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกทดแทนกระดูกที่ถูกทำลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดูกขนาดใหญ่และบริเวณข้อและใช้ร่วมกับข้อเทียม		
๗๕๐๕	๔๐๕	๗.๕.๕ ข้อแช่แข็ง ลักษณะ เตรียมจากกระดูกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชื้อผ่านการทำความสะอาด และการแช่แข็งที่เท่ากับหรือต่ำกว่า ๗๐ องศาเซลเซียส รวมทั้งอาจการทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมาชนิดโดยระบบสุญญากาศ	ชิ้นละ	๓๕,๐๐๐
		ข้อบ่งชี้ เพื่อการปลูกทดแทนกระดูกที่ถูกทำลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดูกขนาดใหญ่และบริเวณข้อและใช้ร่วมกับข้อเทียม		
		๗.๖ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ		
๗๖๐๑	๔๐๖	๗.๖.๑ ใบมีดตัดเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ (Blade For Arthroscopic Shaver) ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาของเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ	อันละ	๔,๕๐๐
๗๖๐๒	๔๐๗	๗.๖.๒ ชุดกระบอกฉีดสำหรับฉีดซีเมนต์ (Syringe Kit For Cement Gun) ลักษณะ ชุดกระบอกฉีดซีเมนต์สำหรับการผ่าตัดข้อต่อทุกเทียม ข้อไหล่เทียมที่ต้องใส่ซีเมนต์เข้าไปในช่องกระดูก ประกอบด้วยกระบอกฉีดพ่นแรงดันสูง พร้อมทั้งอุปกรณ์ผสมซีเมนต์ และหัวฉีดสำหรับการฉีดเข้าไปในโพรงกระดูกเล็ก ๆ	ชุดละ	๒,๐๐๐
		ข้อบ่งชี้ ใช้ร่วมกับการผ่าตัดข้อต่อทุกเทียม ข้อไหล่เทียม ที่ต้องใส่ซีเมนต์เข้าไปในช่องโพรงกระดูกเล็ก ๆ		
		คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ คล้ายแพทย์ออร์โธปิดิกส์		
		หมวด ๘ วัสดุอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู		
		๘.๐ มือเทียม นิ้วเทียม (Hand Prosthesis)		
๘๐๐๕	๔๐๘	๘.๐.๕ ดุมมือยางสำหรับมือขาบางส่วน ๘.๑ แขนเทียม (Prosthesis, Upper Extremity) ข้อบ่งชี้ หวีไปของการใช้อุปกรณ์ส่วนปลายที่มีระบบการใช้งาน (มือ ๕ นิ้ว หรือมือคาง) หรือ Body - Powered Prosthesis คือ ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ต้องมีการเคลื่อนไหวข้อต่อไหล่ (Shoulder Joint) รวมทั้ง Scapulohoradic Motion ที่ปกติ และกำลังกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ที่แข็งแรงสามารถออกแรงดึงหรือควบคุมสายบังคับของอุปกรณ์ส่วนปลายได้ (การเคลื่อนไหวที่สำคัญ คือ Glenohumeral Flexion และ Scapular Abduction) สำหรับการเลือกให้ Body - Powered Prosthesis สิ่งที่เป็นปัจจัยประเมิน และฝึกให้ผู้ป่วย/คนพิการ คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย	ชุดละ	๕,๐๐๐
		๑. Scapular Abduction		
		๒. Chest Expansion		
		๓. Shoulder Depression, Extension และ Abduction		
		๔. Humeral Flexion		
		๕. Elbow Flexion และ Extension		
		๖. Forearm Pronation และ Supination		



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๑๐๑	๔๐๙	๘.๑.๑ แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลาย ชนิดหัวนิ้วมีระบบการใช้งาน ลักษณะ ๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว สามารถใช้งานได้ ระบบตั้งแล้ว ๒. ฐานมีสายสลายงานคล้ายของจริงสำหรับสวมมือเทียมความยาวจากข้อมือถึงข้อมือเทียม ไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ทำจากยางหรือวัสดุชนิด PVC ๓. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เคลือบภายในทำด้วยโลหะปลอดสนิม ๔. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายเอ็นหรือสายโลหะปลอดสนิมพร้อมตัวยึดสาย ๕. ชุดสายยึดกับแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มีความกว้างระหว่าง ๒.๕ - ๓.๕ เซนติเมตร พร้อมวงแหวน (O Ring) ขอบมนทำด้วยสแตนเลส พร้อมนอต เป็นยึดสาย ๖. แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอก ผลิตจากเรซินหรือพลาสติก ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับได้ข้อศอก (Trans Radial Amputation Level) ๒. ความยาวของคอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อมือเทียม (Wrist Component) และมือเทียม (Terminal Device) ได้ ๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายเหมาะสม สำหรับการใช้อแขนเทียม (Body - Control Motions for a Body - Powered Prosthesis) ๔. ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียม ชนิดหัวนิ้วมีระบบการใช้งานมือเทียม อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๓๖,๕๐๐
๘๑๐๒	๔๑๐	๘.๑.๒ แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดหัวนิ้วไม่มีระบบการใช้งาน ลักษณะ ๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว ชนิดที่สามารถตัดนิ้วมือได้ ๒. ข้อมือใช้กับมือเทียม ๓. ฐานมีสายสลายงานคล้ายของจริงสำหรับสวมมือเทียมความยาวจากข้อมือถึงข้อมือเทียม ไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ทำจากยางหรือวัสดุชนิด PVC ๔. แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอก ผลิตจากเรซินหรือพลาสติก ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับได้ข้อศอก (Trans Radial Amputation Level) ๒. ความยาวของคอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อมือเทียม (Wrist Component) และมือเทียม (Terminal Device) ได้ ๓. ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการความสวยงามหรือในผู้ป่วย/คนพิการกลุ่มผู้สูงอายุ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๑๓,๒๐๐
๘๑๐๓	๔๑๑	๘.๑.๓ แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลาย ชนิดตะขอโลหะ ลักษณะ ๑. มือตะขอโลหะทำด้วยโลหะปลอดสนิม ๒. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เคลือบภายในทำด้วยโลหะปลอดสนิม ๓. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายโลหะปลอดสนิม พร้อมตัวยึดสาย ๔. ชุดสายยึดกับแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มีความกว้างระหว่าง ๒.๕ - ๓.๕ เซนติเมตร พร้อมวงแหวน (O ring) ขอบมนทำด้วยสแตนเลสพร้อมนอต เป็นยึดสาย ๕. แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอก ผลิตจากเรซินหรือพลาสติก ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับได้ข้อศอก (Trans Radial Amputation Level) ๒. ความยาวของคอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อมือเทียม (Wrist Component) และมือเทียม ชนิดตะขอโลหะ (Terminal Device) ได้ ๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย เหมาะสำหรับการใช้อแขนเทียม (Body - Control Motions for a Body - Powered Prosthesis) ๔. ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียม ชนิดตะขอโลหะมีระบบการใช้งานที่ต้องการใช้หนีบจับสิ่งของขนาดเล็กหรือ งานที่ต้องการความละเอียดสูง อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๒๔,๕๐๐
๘๑๐๔	๔๑๒	๘.๑.๔ แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลาย ชนิดหัวนิ้วไม่มีระบบใช้งานข้อศอกถือได้ด้วยมือ ลักษณะ ๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว ชนิดที่สามารถตัดนิ้วมือได้ ๒. ข้อมือใช้กับมือเทียม	ข้างละ	๓๗,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๑๐๔	(ต่อ)	ลักษณะ ๓. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสำหรับสวมมือเทียมความยาวจากข้อมือถึงข้อศอกอย่างน้อย ๓๐ เซนติเมตร ทำจากยางหรือวัสดุชนิด PVC ๔. ข้อศอกปรับล็อกได้ด้วยมือ (Manual Lock) ๕. เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก ผลิตภัณฑ์จากเรซินหรือพลาสติก ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้สำหรับผู้ป่วย/คนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก (Trans Humeral Amputation Level) หรือระดับศอก (Elbow Disarticulation Amputation Level) ๒. ความยาวของแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อศอกเทียม (Elbow Joint Unit) ได้ ๓. ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียม ชนิดมีน้ำหนักไม่มีระบบการใช้งานมือเทียม อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๑๐๕	๔๑๓	๘.๑.๕ แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลาย ชนิดข้อโลหะข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ ลักษณะ ๑. มือตะขอโลหะทำด้วยโลหะปลอดสนิม ๒. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทำด้วยโลหะปลอดสนิม ๓. ข้อศอกปรับล็อกได้ด้วยมือ (Manual Lock) ๔. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายโลหะปลอดสนิม พร้อมตัวยึดสาย ๕. ชุดสายยึดเบ้าแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มีความกว้างระหว่าง ๒.๕ - ๓.๕ เซนติเมตร พร้อมวงแหวน (O Ring) ขอบมนทำด้วยสแตนเลสพร้อมนอต แป็นยึดสาย ๖. เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก ผลิตภัณฑ์จากเรซินหรือพลาสติก ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้สำหรับผู้ป่วย/คนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก (Trans Humeral Amputation Level) หรือระดับศอก (Elbow Disarticulation Amputation Level) ๒. ความยาวของแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อศอกเทียม (Elbow Joint Unit) ได้ ๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายเหมาะสมสำหรับการใช้แขนเทียม (Body - Control Motions for a Body - Powered Prosthesis) ๔. ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียม ชนิดข้อโลหะมีระบบการใช้งานที่ต้องการใช้หยิบจับสิ่งของขนาดเล็ก หรืองานที่ต้องการความละเอียดสูง อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๔๘,๐๐๐
๘๑๐๖	๔๑๔	๘.๑.๖ แขนเทียมข้อไหล่หรือแนบไหล่ส่วนปลาย ชนิดน้ำหนักไม่มีระบบการใช้งานข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ (ระบบแนบนอก) ลักษณะ ๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว ชนิดที่สามารถดัดนิ้วมือได้ ๒. ข้อมือใช้ต่อกับมือเทียม ๓. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสำหรับสวมมือเทียมความยาวจากข้อมือถึงข้อศอกอย่างน้อย ๓๐ เซนติเมตร ทำจากยางหรือวัสดุชนิด PVC ๔. ข้อศอกปรับล็อกได้ด้วยมือ (Manual Lock) ๕. เบ้าแขนเทียมระดับข้อไหล่หรือแนบไหล่ ผลิตภัณฑ์จากเรซินหรือพลาสติก ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับไหล่ (Shoulder Disarticulation Level) ๒. ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียม ชนิดมีน้ำหนักไม่มีระบบการใช้งานมือเทียม ๓. การตัดระดับนี้ความยาวของแขนและกล้ามเนื้อที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการควบคุมการทำงานของแขนเทียม อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๓๘,๐๐๐
๘๑๐๗	๔๑๕	๘.๑.๗ แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลาย ชนิดน้ำหนักมีระบบใช้งานข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ ลักษณะ ๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว สามารถใช้งานได้ ระบบตั้งแล้วอัตโนมัติ ๒. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสำหรับสวมมือเทียมความยาวจากข้อมือถึงข้อศอกอย่างน้อย ๓๐ เซนติเมตร ทำจากยางหรือวัสดุชนิด PVC ๓. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทำด้วยโลหะปลอดสนิม ๔. ข้อศอกปรับล็อกได้ด้วยมือ (Manual Lock) ๕. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายเอ็นหรือสายโลหะปลอดสนิม พร้อมตัวยึดสาย	ข้างละ	๕๖,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๑๐๗	(ต่อ)	ลักษณะ ๖. จุดสายยึดแน้แขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มีความกว้างระหว่าง ๒.๕ - ๓.๕ เซนติเมตร พร้อมวงแหวน (O Ring) ขอบมนทำด้วยสแตนเลส พร้อมนอตเป็นยึดสาย ๗. เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก ผลิตภัณฑ์จีนหรือพลาสติก ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก (Trans Humeral Amputation Level) ๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อศอกเทียม (Elbow Joint Unit) ได้ ๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายเหมาะสมสำหรับการใช้แขนเทียม (Body - Control Motions for a Body - Powered Prosthesis) อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๑๐๘	๔๑๖	๘.๑.๘ เบ้าแขนเทียมใต้ศอก ลักษณะ ผลิตภัณฑ์จีนและ/หรือพลาสติก ใช้สวมตอแขนเทียมต่ำกว่าระดับศอก แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับ ความยาวของตอแขนที่เหลืออยู่ ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับผู้ป่วย/คนพิการที่ตัดแขนระดับใต้ข้อศอก (Trans Radial Amputation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเทียบเท่า อายุการใช้งาน หนึ่งปีแรกที่ใส่แขนเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าแขนเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๓ ปี หลังจากนั้น ให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๒,๐๐๐
๘๑๐๙	๔๑๗	๘.๑.๙ เบ้าแขนเทียมระดับศอก ลักษณะ ผลิตภัณฑ์จีนและ/หรือพลาสติก ใช้สวมตอแขนเทียมระดับศอก แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับความยาวของ ตอแขนที่เหลืออยู่ ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับศอก (Elbow Disarticulation Amputation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเทียบเท่า อายุการใช้งาน หนึ่งปีแรกที่ใส่แขนเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าแขนเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๓ ปี หลังจากนั้น ให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๓,๐๐๐
๘๑๑๐	๔๑๘	๘.๑.๑๐ เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก ลักษณะ ผลิตภัณฑ์จีนและ/หรือพลาสติก ใช้สวมตอแขนเทียมระดับเหนือศอก แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับ ความยาวของตอแขนที่เหลืออยู่ ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก (Trans Humeral Amputation Level) หรือ คนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเทียบเท่า อายุการใช้งาน หนึ่งปีแรกที่ใส่แขนเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าแขนเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๓ ปี หลังจากนั้น ให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๓,๐๐๐
๘๑๑๑	๔๑๙	๘.๑.๑๑ เบ้าแขนเทียมระดับไหล่ ลักษณะ ผลิตภัณฑ์จีนและ/หรือพลาสติก ใช้สวมตอแขนเทียมระดับไหล่ แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับ ความยาวของตอแขนที่เหลืออยู่ ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับไหล่ (Shoulder Disarticulation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเทียบเท่า อายุการใช้งาน หนึ่งปีแรกที่ใส่แขนเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าแขนเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๓ ปี หลังจากนั้น ให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๔,๐๐๐
๘๑๑๒	๔๒๐	๘.๑.๑๒ สายบังคับแขนเทียม/มือเทียม ลักษณะ ทำหน้าที่ยึดแขนเทียมกับตอแขนที่เหลืออยู่ ควบคุมการถือ และปลดล็อกของข้อศอก และการทำงานหุบเข้าของมือเทียมหรือการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ส่วนปลาย ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่ใช้แขนเทียมระดับต่าง ๆ ที่มีระบบการใช้งาน อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	เส้นละ	๓,๒๐๐
๘๑๑๔	๔๓๑	๘.๑.๑๔ มือเทียมหัวนิ้วไม่มีระบบการใช้งาน ลักษณะ มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว ชนิดที่สามารถดัดนิ้วมือได้ ทำจากโพลีเมอร์หลายขนาด ให้เลือกดูรูปร่างเหมือนมือ และใช้ร่วมกับถุงมือเทียมสวยงาม ข้อบ่งชี้ สำหรับเปลี่ยนเฉพาะมือเทียม ชนิดหัวนิ้วไม่มีระบบการใช้งาน กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๔,๐๐๐
๘๑๑๕	๔๒๒	๘.๑.๑๕ มือตะขอโลหะ ลักษณะ ๓. มือตะขอโลหะทำด้วยโลหะปลอดสนิม หุ่นด้วยพลาสติก	ข้างละ	๒๐,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๑๑๕	(ต่อ)	ลักษณะ ๒. เป็นตะขอสำหรับถือ จับ หัวอุปกรณ์/เครื่องมือ สามารถเข้าหรือหุบได้ตามความต้องการของคนที่การ ควบคุมการใช้งานด้วยลำตัว ข้อบ่งชี้ สำหรับเปลี่ยนเฉพาะมือเทียมตะขอโลหะ กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๑๑๖	๔๑๓	๘.๑.๓๖ มือเทียมลำตัวมีระบบการใช้งาน ลักษณะ สามารถเข้าหรือหุบได้ตามความต้องการของผู้พิการ ควบคุมการใช้งานด้วยลำตัว ข้อบ่งชี้ สำหรับเปลี่ยนเฉพาะมือเทียม กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ชิ้นละ	๒๑,๐๐๐
๘๑๑๗	๔๑๔	๘.๑.๑๗ ข้อมือเทียม ชนิดโลหะ ลักษณะ เป็นส่วนประกอบที่เชื่อมต่อระหว่างแขนท่อนล่าง (Forearm) และมือเทียม/มือตะขอโลหะ โดยข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เคลือบภายในทำด้วยโลหะปลอดสนิม ข้อบ่งชี้ สำหรับเปลี่ยนเฉพาะข้อมือเทียม กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ชิ้นละ	๕,๐๐๐
๘๑๑๘	๔๑๕	๘.๑.๑๘ ข้อมือเทียม ชนิดไม้ ลักษณะ เป็นส่วนประกอบที่เชื่อมต่อระหว่างแขนท่อนล่าง (Forearm) และมือเทียม/มือตะขอโลหะ โดยข้อมือทำจากไม้ เคลือบภายในทำด้วยโลหะปลอดสนิม ข้อบ่งชี้ สำหรับเปลี่ยนเฉพาะข้อมือเทียม กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ชิ้นละ	๑,๙๐๐
๘๑๑๙	๔๑๖	๘.๑.๑๙ ข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ ลักษณะ ๑. เป็นส่วนประกอบของข้อศอกเทียมที่เชื่อมต่อระหว่างแขนท่อนล่าง (Forearm) และแขน/เข้าท่อนบน (Arm) เพื่อประกอบเป็นแขนเทียม ๒. ข้อศอกเทียมเป็นชนิดปรับล็อกได้ด้วยมือ (Manual Lock) ข้อบ่งชี้ สำหรับเปลี่ยนเฉพาะข้อศอกเทียม กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ชิ้นละ	๑๙,๐๐๐
๘๑๒๐	๔๑๗	๘.๑.๒๐ ข้อศอกเทียมล็อกได้แบบอัตโนมัติ ลักษณะ ๑. เป็นส่วนประกอบของข้อศอกเทียมที่เชื่อมต่อระหว่างแขนท่อนล่าง (Forearm) และแขน/เข้าท่อนบน (Arm) เพื่อประกอบเป็นแขนเทียม ๒. ข้อศอกเทียมเป็นชนิดปรับล็อกได้แบบอัตโนมัติ ข้อบ่งชี้ สำหรับเปลี่ยนเฉพาะข้อศอกเทียม กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ชิ้นละ	๔๐,๐๐๐
๘๑๒๑	๔๑๘	๘.๑.๒๑ ข้อศอกเทียมล็อกได้ด้วยสายบังคับ ลักษณะ ๑. เป็นส่วนประกอบของข้อศอกเทียมที่เชื่อมต่อระหว่างแขนท่อนล่าง (Forearm) และแขน/เข้าท่อนบน (Arm) เพื่อประกอบเป็นแขนเทียม ๒. ข้อศอกเทียมเป็นชนิดปรับล็อกได้ด้วยสายบังคับ ข้อบ่งชี้ สำหรับเปลี่ยนเฉพาะข้อศอกเทียม กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ชิ้นละ	๔๕,๐๐๐
๘๑๒๒	๔๑๙	๘.๑.๒๒ สายรัดแขนเทียม ลักษณะ สายคล้องรัดพวงแขนเทียมกับลำตัว เป็นชุดสายยึดเข้าแขนเทียม (Harness) ทำจากสายไนลอนเป็น ชนิดสายที่มีความกว้างระหว่าง ๒.๕ - ๓.๕ เซนติเมตร พร้อมวงแหวน (O Ring) ขอบบน ทำด้วยสแตนเลส พร้อมนอตแบบยึดสาย ข้อบ่งชี้ สำหรับเปลี่ยนเฉพาะสายรัดแขนเทียม กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	เส้นละ	๒๕๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
		๘.๒ ขาเทียม (Prosthesis, Lower Extremity) ข้อบ่งชี้ทั่วไป ใช้ในผู้ที่ขาขาด เพื่อทดแทนขาที่หายไป เพื่อประโยชน์ในการยืน เดิน การประเมินระดับความคาดหวังในการทำกิจกรรมในคนพิการที่ใช้ขาเทียม (Expected Function Level) แบ่งเป็น 5 ระดับ ระดับ K0 คนพิการไม่มีความสามารถหรือศักยภาพในการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ต้องใช้เครื่องช่วย และกายอุปกรณ์เทียมก็ไม่สามารถช่วยในการเคลื่อนที่ได้ ระดับ K1 คนพิการมีความสามารถหรือศักยภาพในการใช้กายอุปกรณ์เทียม เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่บนพื้นราบด้วยความเร็วในการเดินที่จำกัดในสภาพแวดล้อมภายในบ้านหรือสถานที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ระดับ K2 คนพิการที่มีความสามารถหรือศักยภาพในการเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวางน้อย เช่น มีขอบทางเดิน บันได หรือพื้นไม่เรียบ ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่จำกัด ระดับ K3 คนพิการสามารถเดินด้วยความเร็วที่หลากหลาย ไม่คงที่ ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวางมาก ทางลาดชัน ขรุขระ และสามารถทำงาน ทำกิจกรรมได้ โดยใช้กายอุปกรณ์เทียมแบบปกติทั่วไป ระดับ K4 คนพิการมีความสามารถหรือศักยภาพในการเคลื่อนที่เร็ว โดยใช้ทักษะมากกว่าปกติ มีการใช้แรง และพลังงานเพิ่มขึ้น เช่น การใช้กายอุปกรณ์เทียมในเด็ก ผู้ใหญ่ที่มีความคงทนแข็งแรงสูง และน้ำหนัก้า นักร้อง		
๘๒๐๑	๔๓๐	๘.๒.๑ ขาเทียมระดับข้อเท้า (Syms) ลักษณะ ขาเทียมระดับข้อเท้าที่มีเท้าเทียมติดกับเท้าเทียมโดยตรง ประกอบด้วย ๑. เบ้าขาเทียมระดับข้อเท้า ผลิตรจากเรซินและ/หรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน ๒. เท้าเทียม ชนิดไม่มีข้อ หรือเท้าเทียมแบบเฉพาะสำหรับขาเทียมระดับข้อเท้า ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดขาระดับข้อเท้า (Syme/Ankle Disarticulation Amputation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเทียบเท่า อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	ข้างละ	๑๕,๐๐๐
๘๒๐๒	๔๓๑	๘.๒.๒ ขาเทียมระดับได้เข้าแกนนอก ลักษณะ ขาเทียมระดับได้เข้าแกนนอก ใช้ไม้หรือโหม่งสังเคราะห์เชื่อมระหว่างเบ้าขาเทียม ข้อเท้าเทียม และเท้าเทียม ภายหลังจัดแนวขาเทียมจะใช้ชีวิตประจำวันของไม้หรือโหม่งสังเคราะห์ ให้มีรูปร่างใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง แล้วเคลือบด้วยเรซินอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประกอบด้วย ๑. เบ้าขาเทียมได้เข้า ผลิตรจากเรซินและ/หรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน ๒. ข้อเท้าไม้ โดยมีหัวฝังเหล็กเชื่อมพร้อมแป้นตัวกระจาย และแหวนสปริง เพื่อใช้ยึดกับนอตยึดผ้าเท้า ๓. สายเข็มขัดขาเทียมได้เข้า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี) ๔. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทำด้วยสแตนเลส ๑ ชุด (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้) ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดขาระดับได้เข้า (Trans Tibial Amputation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเทียบเท่า อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	ข้างละ	๖,๐๐๐
๘๒๐๓	๔๓๒	๘.๒.๓ ขาเทียมระดับได้เข้าแกนใน ลักษณะ ขาเทียมระดับได้เข้าแกนใน มีแกนท่อเชื่อมต่อระหว่างเบ้าขาเทียม และเท้าเทียม โดยส่วนประกอบดังกล่าว ทำหน้าที่รับน้ำหนัก และส่งผ่านน้ำหนักไปสู่เท้าเทียม ภายหลังจากการจัดแนวขาเทียม จะใช้โหม่งหรือโหม่งสังเคราะห์แข็งในการหล่อหุ้มด้านนอก และตกแต่งรูปร่างให้ใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง ประกอบด้วย ๑. เบ้าขาเทียมได้เข้า ผลิตรจากเรซินและ/หรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน ๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม ๓. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข็ง ๔. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดข้อ ๕. แป้นยึดผ้าเท้าเทียม/ตัวยึดเท้าเทียม ๖. สายเข็มขัดขาเทียมได้เข้า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี) ๗. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทำด้วยสแตนเลส ๑ ชุด (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี) ๘. โหม่งขาเทียมได้เข้า (ขึ้นกับผู้บ้่าอาจจะมีหรือไม่มี) ๙. เท้าเทียม ให้เบิกแยกตามรหัสเท้าเทียมประเภทต่าง ๆ ตามข้อบ่งชี้ที่ใช้อย่างจริง ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดขาระดับได้เข้า (Trans Tibial Amputation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเทียบเท่า อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	ข้างละ	๑๕,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๒๐๔	๔๓๓	๘.๒.๔ ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนนอก	ข้างละ	๒๑,๐๐๐
		ลักษณะ ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนนอก ใช้ไม้หรือโพลีเอทิลีนเชื่อมระหว่างข้อเข่า ขาเทียม ข้อเท้าเทียม และเท้าเทียม ภายหลังจัดแนวขาเทียมจะใช้ยึดตกแต่งรูปร่างของไม้หรือโพลีเอทิลีนซึ่งมีรูปร่างใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่งแล้วเคลือบด้วยเรซินอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประกอบด้วย		
		๑. เบ้าขาเทียมระดับเข่า ผลิตจากเรซินหรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน		
		๒. ข้อเข่าแบบประกบข้างนอก และข้างในข้อ ชนิด Outside Hinge Joint ทำจากสแตนเลสหรือโลหะอย่างดี		
		๓. หน้าแข้งขาเทียม ผลิตจากเรซินหรือพลาสติก		
		๔. ข้อเท้าไม้ โดยมีหัวฝังหกล้อมพร้อมแป้นดาวกระจาย และแหวนสปริง เพื่อใช้ยึดกับนอตยึดฝ่าเท้า		
		๕. นอตยึดฝ่าเท้า		
		๖. สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)		
		๗. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทำด้วยสแตนเลส ๑ ชุด (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)		
		๘. เท้าเทียม ให้เบิกแยกตามรหัสเท้าเทียมประเภทต่าง ๆ ตามข้อบ่งชี้ที่แท้จริง		
		ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดขาระดับข้อเข่า (Knee Disarticulation Level)		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๒๐๕	๔๓๔	๘.๒.๕ ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก	ข้างละ	๒๒,๐๐๐
		ลักษณะ ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก ใช้ไม้หรือโพลีเอทิลีนเชื่อมระหว่างเบ้าขาเทียมต่อกับข้อเข่าเทียม และระหว่างข้อเข่าเทียมกับข้อเท้าเทียม และเท้าเทียม ภายหลังจัดแนวขาเทียมจะใช้ยึดตกแต่งรูปร่างของไม้หรือโพลีเอทิลีนซึ่งมีรูปร่างใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง แล้วเคลือบด้วยเรซินอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประกอบด้วย		
		๑. เบ้าขาเทียมระดับเหนือเข่า ผลิตจากเรซินหรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน		
		๒. ข้อเข่าชนิดแกนเดี่ยวพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ มีตัวช่วยเหยียดข้อเข่า และปรับความตึงข้อเข่าได้		
		๓. ข้อเท้าไม้ โดยมีหัวฝังหกล้อมพร้อมแป้นดาวกระจายและแหวนสปริงเพื่อใช้ยึดกับนอตยึดฝ่าเท้า		
		๔. นอตยึดฝ่าเท้า		
		๕. สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)		
		๖. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทำด้วยสแตนเลส ๑ ชุด (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)		
		๗. เท้าเทียม ให้เบิกแยกตามรหัสเท้าเทียมประเภทต่าง ๆ ตามข้อบ่งชี้ที่แท้จริง		
		ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดขาระดับเหนือเข่า (Trans Femoral Amputation Level)		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๒๐๖	๔๓๕	๘.๒.๖ ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน	ข้างละ	๒๔,๐๐๐
		ลักษณะ ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน มีตัวต่อเบ้าเชื่อมต่อข้อเข่า และเท้าเทียม โดยส่วนประกอบดังกล่าวทำหน้าที่รับน้ำหนัก และส่งผ่านน้ำหนักไปสู่เท้าเทียม ภายหลังจากการจัดแนวขาเทียมจะใช้เป็นโพนัมหรือโพลีเอทิลีนซึ่งใช้ในการหล่อหุ้มด้านนอก และตกแต่งรูปร่างให้ใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง ประกอบด้วย		
		๑. เบ้าขาเทียมเหนือเข่า ผลิตจากเรซินและ/หรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน		
		๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม		
		๓. ข้อเข่าเทียม ชนิดแกนเดี่ยวหรือหลายแกน ตามความแข็งแรง และเหมาะสมกับกิจกรรมของคนพิการ		
		๔. แขนงขาเทียม/แกนหน้าแข้ง		
		๕. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดข้อ		
		๖. แป้นยึดฝ่าเท้าเทียม/ตัวยึดเท้าเทียม		
		๗. สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)		
		๘. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัด ทำด้วยสแตนเลส ๑ ชุด (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)		
		๙. โพนัมขาเทียมเหนือเข่าขึ้นกับผู้ป่วย (อาจจะมีหรือไม่มี)		
		๑๐. เท้าเทียม ให้เบิกแยกตามรหัสเท้าเทียมประเภทต่าง ๆ ตามข้อบ่งชี้ที่แท้จริง		
		ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดขาระดับเหนือเข่า (Trans Femoral Amputation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเข่า		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๒๐๘	๔๓๖	๘.๒.๘ ขาเทียมระดับสะโพกแกนใน	ข้างละ	๕๐,๐๐๐
		ลักษณะ ขาเทียมระดับสะโพกแกนใน มีตัวต่อเบ้าเชื่อมต่อระหว่างเบ้าขาเทียมกับสะโพกเทียม มีแกนต่อเชื่อมต่อระหว่างข้อสะโพกและข้อเข่า ข้อเข่าและเท้าเทียม โดยส่วนประกอบดังกล่าวทำหน้าที่รับน้ำหนัก และส่งผ่านน้ำหนักไปสู่เท้าเทียม ภายหลังจากการจัดแนวขาเทียมจะใช้โพนัมหรือโพลีเอทิลีนซึ่งใช้ในการหล่อหุ้มด้านนอก และตกแต่งรูปร่างให้ใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง ประกอบด้วย		
		๑. เบ้าขาเทียมระดับสะโพก ผลิตจากเรซินหรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน		
		๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม		



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๒๐๘	(ต่อ)	ลักษณะ ๓. ข้อเท้าเทียม ชนิดแกนเดี่ยวหรือหลายแกน ตามความแข็งแรง และเหมาะสมกับกิจกรรมของคนพิการ ๔. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง ๕. หัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดข้อ ๖. เป็นยึดฝ่าเท้าเทียม/ตัวยึดเท้าเทียม ๗. นอตยึดฝ่าเท้า ๘. สายเข็มขัดขาเทียมได้เข้า (ขึ้นกับลักษณะของเท้าว่าจะมีหรือไม่) ๙. เท้าเทียม ให้เบิกแยกตามรหัสเท้าเทียมประเภทต่าง ๆ ตามข้อบ่งชี้ที่ใช้อ้างอิง ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับผู้ป่วย/คนพิการที่ตัดขาผ่านข้อสะโพก (Hip Disarticulation Amputation Level) หรือ ตัดสะโพกบางส่วน (Trans Pelvectomy Amputation Level) อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๒๐๙	๔๓๙	๘.๒.๙ เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียม ชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH Foot) ลักษณะ เท้าเทียม ชนิดข้อเท้าแข็ง ขยับไม่ได้ ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการไม่สามารถยืนได้มั่นคงหรือคนพิการใช้งานภายในอาคารหรือนอกอาคารระยะใกล้ (คน พิการที่มีความสามารถในการเดินอยู่ในระดับ K1 ขึ้นไป) อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี	ข้างละ	๓,๐๐๐
๘๒๑๐	๔๓๘	๘.๒.๑๐ เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียม ชนิด Single Axis Foot หรือ Multi-axis Foot ลักษณะ เท้าเทียม ชนิดข้อเท้าโยกได้ 2 ทิศทาง กระดกข้อเท้าขึ้นลง หรือข้อเท้าโยกได้หลายทิศทาง ทั้งกระดกข้อเท้าขึ้นลง และบิดเท้าเข้าออก ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่ต้องการความมั่นคงมากในขณะที่เดินหรือในผู้ป่วยที่ไม่ค่อยมีแรงกล้ามเนื้อหน้าขา และเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ตัดขาระดับเหนือเข่า (คนพิการที่มีความสามารถในการเดินตั้งแต่ระดับ K1 ขึ้นไป) อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี	ข้างละ	๖,๐๐๐
๘๒๑๑	๔๓๗	๘.๒.๑๑ เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียม ชนิด Dynamic Response foot ลักษณะ เท้าเทียม ชนิดมีแรงส่งสามารถหรือไม่สามารถแยกส่วนตัวเท้าด้านในและปลอกหุ้ม ข้อบ่งชี้ ๑. คนพิการที่มีความสามารถหรือศักยภาพในการเคลื่อนที่ คนพิการสามารถเดินด้วยความเร็วที่หลากหลาย ไม่คงที่ ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งกีดขวางมาก ทางลาดชัน ขรุขระ และสามารถทำงานทำกิจกรรมได้ ใช้งานได้ทั้งภายใน อาคารและภายนอกอาคาร (คนพิการที่มีระดับความสามารถตั้งแต่ระดับ K3 ขึ้นไป) อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 ปี	ข้างละ	๒๕,๐๐๐
๘๒๑๔	๔๔๐	๘.๒.๑๔ เบ้าขาเทียมได้เข้า/ข้อเท้า ลักษณะ ผลิตภัณฑ์จากเรซินและ/หรือพลาสติก ใช้สวมต่อขาระดับได้เข้า/ข้อเท้าแบบขอบเบ้า ขึ้นอยู่กับความยาว ของท่อขาที่เหลืออยู่ ข้อบ่งชี้ ๑. สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้าขาเทียม ๒. สำหรับคนพิการที่ตัดขาระดับได้เข้า/ข้อเท้า (Trans Tibial/Ankle Disarticulation Amputation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเข่า อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	ข้างละ	๓,๐๐๐
๘๒๑๕	๔๔๑	๘.๒.๑๕ เบ้าขาเทียมระดับเข่า ลักษณะ ผลิตภัณฑ์จากเรซินและ/หรือพลาสติก ใช้สวมต่อขาระดับเข่าแบบขอบเบ้า ขึ้นอยู่กับความยาวของท่อขา ที่เหลืออยู่ ข้อบ่งชี้ ๑. สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้าขาเทียม ๒. สำหรับคนพิการที่ตัดขาระดับเข่า (Knee Disarticulation Amputation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิด ที่มีความพิการระดับเข่า อายุการใช้งาน จนถึงปีแรกที่เท้าเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าขาเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้น ให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๔,๐๐๐
๘๒๒๐	๔๔๒	๘.๒.๒๐ เบ้าขาเทียมเหนือเข่า ลักษณะ ผลิตภัณฑ์จากเรซินและ/หรือพลาสติก ใช้สวมต่อขาระดับเหนือเข่าแบบขอบเบ้า ขึ้นอยู่กับความยาว ของท่อขาที่เหลืออยู่ ข้อบ่งชี้ ๑. สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า	ข้างละ	๔,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๒๒๐	(ต่อ)	ข้อบ่งชี้ ๒. สำหรับคนพิการที่ตัดขาในระดับเหนือเข่า (Trans Femoral Amputation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเทียบเท่า อายุการใช้งาน หนึ่งในปีแรกที่ใช้งานเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าขาเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้นให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๒๒๑	๘๔๓	๘.๒.๒๑ เป้าขาเทียมระดับสะโพก ลักษณะ ผลิตภัณฑ์จากเรซินและ/หรือพลาสติก ใช้สวมต่อขาระดับสะโพก แบบร่อนเข้าขึ้นอยู่กับความยาวของคอขาที่เหลืออยู่ ข้อบ่งชี้ ๓. สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเป้า ๒. สำหรับคนพิการที่ตัดขาในระดับสะโพก (Hip Disarticulation Amputation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเทียบเท่า อายุการใช้งาน หนึ่งในปีแรกที่ใช้งานเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าขาเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้นให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๒,๐๐๐
๘๒๒๒	๘๔๔	๘.๒.๒๒ สายเข็มขัดเทียม/สายยึดเป้าขาเทียม ลักษณะ เป็นสายเข็มขัดหนังหรือไมลอน เพื่อยึดเป้าขาเทียมกับลำตัวของคนพิการ ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้สำหรับยึดขาเทียมระดับใต้เข่า (Supracondylar cuff suspension) ๒. ใช้สำหรับยึดขาเทียมระดับเหนือเข่าระดับเข่า (Silesian band) อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	ข้างละ	๒๕๐
๘๒๒๓	๘๔๕	๘.๒.๒๓ เป้าขาเทียมชนิด ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้สำหรับยึดสายเข็มขัดขาเทียมระดับใต้เข่า/เหนือเข่า/ระดับเข่า ๒. ใช้ควบคู่กับสายเข็มขัดขาเทียม อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	คู่ละ	๑๐๐
๘๒๒๔	๘๔๖	๘.๒.๒๔ ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนใน ลักษณะ ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนใน มีตัวต่อเป้าเชื่อมต่อระหว่างเป้าขาเทียมกับข้อเข่าเทียม และมีแกนต่อเชื่อมต่อระหว่างข้อเข่าเทียมและเท้าเทียม โดยส่วนประกอบดังกล่าวทำหน้าที่รับน้ำหนัก และส่งผ่านน้ำหนักไปสู่เท้าเทียม ภายหลังจากการขัดแนวขาเทียมจะใช้โหม่นหรือโหม่งสังเคราะห์แข็งในการต่อหุ้มด้านนอก และตกแต่งรูปร่างให้ใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง ประกอบด้วย ๑. เป้าขาเทียมระดับข้อเข่า ผลิตภัณฑ์จากเรซินหรือพลาสติก ชนิดมีเป้าอ่อนหรือไม่มีเป้าอ่อน ๒. ตัวยึดเป้าขาเทียม ๓. ข้อเข่าเทียมชนิดแกนเดี่ยวหรือหลายแกน ตามความแข็งแรงและเหมาะสมกับกิจกรรมของคนพิการ ๔. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง ๕. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดข้อ ๖. เป้ายึดฝ่าเท้าเทียม/ตัวยึดเท้าเทียม ๗. สายเข็มขัดขาเทียมระดับข้อเข่า (ขึ้นกับลักษณะของเป้าอาจจะไม่มีหรือไม่มี) ๘. เป้าและนอตยึดสายเข็มขัด ทำด้วยสแตนเลส ๓ ชุด (ขึ้นกับลักษณะของเป้าอาจจะไม่มีหรือไม่มี) ๙. โหม่งขาเทียมเหนือเข่า (ขึ้นกับผู้ป่วยอาจจะไม่มีหรือไม่มี) ๑๐. เท้าเทียม ให้เบิกแยกตามรหัสเท้าเทียมประเภทต่าง ๆ ตามข้อบ่งชี้ที่ใช้จริง ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดขาระดับข้อเข่า (Knee Disarticulation Level) หรือคนพิการแต่กำเนิดที่มีความพิการระดับเทียบเท่า อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๒๔,๐๐๐
๘๒๒๖	๘๔๗	๘.๒.๒๖ ข้อเข่าเทียมแบบแกนใน ลักษณะ เป็นชิ้นส่วนข้อเข่าเทียม เพื่อประกอบขาเทียมแบบแกนในระดับข้อเข่า/เหนือเข่า/สะโพก ข้อบ่งชี้ สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะข้อเข่าเทียม กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ข้างละ	๓๓,๐๐๐
๘๒๒๗	๘๔๘	๘.๒.๒๗ ข้อเท้าสำหรับเท้าเทียม ชนิดข้อเท้าโยกได้ (Single Axis Ankle Joint) ลักษณะ ข้อเท้าโลหะอย่างดี ชนิดแกนเดี่ยวสามารถขยับกระดูกขึ้นลงได้ในแนวหน้าหลัง มีลูกยางด้านหลังสำหรับประคองขณะกระดกข้อเท้าลง ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะข้อเท้าสำหรับเท้าเทียม ชนิดข้อเท้าโยกได้ กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้	ข้างละ	๒,๕๐๐

รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๒๒๗	(ต่อ)	อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
๘๒๒๘	๘๔๙	๘.๒.๒๘ เท้าหุ้มสำหรับข้อเท้าโยกได้	ข้างละ	๓,๐๐๐
		ลักษณะ เป็นเท้าเทียม ชนิดพิเศษที่ใช้ประกอบกับข้อเท้าโยก (Single Axis Ankle Joint)		
		ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับเปลี่ยนเท้าเทียมกับขาเทียมแทนในที่มีข้อเท้าโยกได้		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
๘๒๒๙	๘๕๐	๘.๒.๒๙ แบริ่งยึดฝ่าเท้าเทียมระบบแกนใน/ตัวยึดเท้าเทียม	ข้างละ	๑,๐๐๐
		ลักษณะ เป็นชิ้นส่วนเพื่อยึดเท้าเทียมกับตัวยึดแกนขาเทียม เพื่อประกอบขาเทียมระดับได้เข้า/ข้อเข้า/เหนือเข้า/สะโพก แบบแกนใน		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเป็นยึดฝ่าเท้าเทียม กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๒๓๐	๘๕๑	๘.๒.๓๐ แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง	ข้างละ	๑,๐๐๐
		ลักษณะ เป็นชิ้นส่วนเพื่อยึดระหว่างเท้าเทียมหรือข้อเท้าเทียมกับเท้าเทียม เพื่อประกอบขาเทียมให้มี		
		ความยาวที่เหมาะสมใช้กับขาเทียมระดับได้เข้า/ข้อเข้า/เหนือเข้า/สะโพก แบบแกนใน		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะแกน กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๒๓๑	๘๕๒	๘.๒.๓๑ ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดข้อ	อันละ	๑,๐๐๐
		ลักษณะ เป็นชิ้นส่วนเพื่อยึดระหว่างแกนขาเทียมกับเท้าเทียมหรือข้อเท้าเทียม เพื่อประกอบขาเทียม		
		ระดับได้เข้า/ข้อเข้า/เหนือเข้า/สะโพก แบบแกนใน		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะตัวยึด/ปลอก กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๒๓๒	๘๕๓	๘.๒.๓๒ ตัวยึดเท้าเทียม	ข้างละ	๑,๐๐๐
		ลักษณะ เป็นชิ้นส่วนเพื่อยึดระหว่างแกนขาเทียมกับเท้าเทียมหรือข้อเท้าเทียม เพื่อประกอบขาเทียม		
		ระดับได้เข้า/ข้อเข้า/เหนือเข้า/สะโพกแบบแกนใน		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะตัวยึดเท้าเทียม		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๒๓๓	๘๕๔	๘.๒.๓๓ โฟมขาเทียมเหนือเข้า	อันละ	๓,๕๐๐
		ลักษณะ เป็นฟองน้ำหุ้มขาเทียมแทนใน เพื่อความสะดวก		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะโฟมขาเทียมเหนือเข้าระบบแกนใน		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
๘๒๓๔	๘๕๕	๘.๒.๓๔ โฟมขาเทียมใต้เข้า	อันละ	๑,๕๐๐
		ลักษณะ เป็นฟองน้ำหุ้มขาเทียมแทนใน เพื่อความสะดวก		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะโฟมขาเทียมใต้เข้าระบบแกนใน		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
๘๒๓๕	๘๕๖	๘.๒.๓๕ ถังรองขาเทียมเหนือเข้า	อันละ	๒๐๐
		ลักษณะ เป็นถังรอง สำหรับหุ้มบนฟองน้ำหุ้มขาเทียมเหนือเข้าแทนใน เพื่อความสะดวก		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับการเปลี่ยนถังรองฟองน้ำหุ้มขาเทียมเหนือเข้าระบบแกนใน กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
๘๒๓๖	๘๕๗	๘.๒.๓๖ ถังรองขาเทียมใต้เข้า	อันละ	๒๐๐
		ลักษณะ เป็นถังรอง สำหรับหุ้มบนฟองน้ำหุ้มขาเทียมใต้เข้าแทนใน เพื่อความสะดวก		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับการเปลี่ยนถังรองฟองน้ำหุ้มขาเทียมใต้เข้าระบบแกนใน กรณีชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
		๘.๓ อุปกรณ์พยุงแกนลำตัว (Spinal Orthosis)		
๘๓๐๑	๘๕๘	๘.๓.๑ เสื้อพยุงคอ (Collar) ชนิดอ่อน	ชุดละ	๒๕๐
๘๓๐๒	๘๕๙	๘.๓.๒ เสื้อพยุงคอ (Collar) ชนิดแข็ง	ชุดละ	๒๕๐
๘๓๐๓	๘๖๐	๘.๓.๓ เสื้อพยุงคอ (Collar) ชนิดปรับได้	ชุดละ	๕๐๐
๘๓๐๔	๘๖๑	๘.๓.๔ เสื้อพยุงคอ (Collar) ชนิด ๒ หรือ ๔ ขา	ชุดละ	๓,๐๐๐
๘๓๐๕	๘๖๒	๘.๓.๕ เสื้อพยุงลำตัว	ชุดละ	๒,๐๐๐
๘๓๐๖	๘๖๓	๘.๓.๖ โลหะหรือพลาสติกค้ำหลังคค	ชุดละ	๘,๐๐๐
๘๓๐๗	๘๖๔	๘.๓.๗ เสื้อพยุงระดับเอว (Lumbosacral Support)	ชุดละ	๑,๐๐๐
		๘.๔ โลหะ/พลาสติกค้ำแขนขาบนนอก (Orthosis, Upper Extremity)		
๘๔๐๑	๘๖๕	๘.๔.๑ โลหะ/พลาสติกค้ำข้อไหล่ ข้อมือ และข้อศอกเด็ก	ข้างละ	๘๐๐
๘๔๐๒	๘๖๖	๘.๔.๒ โลหะ/พลาสติกค้ำข้อไหล่ ข้อมือ และข้อศอกผู้ใหญ่	ข้างละ	๘๐๐

รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๕๐๓	๔๖๗	๘.๕.๓ โลหะ/พลาสติกตามข้อมือ และข้อศอกพร้อมมวลถ่วง	ชุดละ	๑,๐๐๐
		๘.๕ โลหะ/หรือพลาสติกตามขาภายนอกไม่รวมรองเท้า (Orthosis, Lower Extremity)		
๘๕๐๑	๔๖๘	๘.๕.๑ โลหะ/พลาสติกตามขา ขนิดยาวไม่มีข้อเท้า	ข้างละ	๑,๕๐๐
๘๕๐๒	๔๖๙	๘.๕.๒ โลหะ/พลาสติกตามขา ขนิดยาวมีข้อเท้าล็อกได้ ไม่มีข้อเท้า	ข้างละ	๕,๕๐๐
๘๕๐๓	๔๗๐	๘.๕.๓ โลหะ/พลาสติกตามขา ขนิดยาวมีข้อเท้าล็อกได้ มีข้อเท้า	ข้างละ	๑๑,๐๐๐
๘๕๐๗	๔๗๑	๘.๕.๗ โลหะตามขามือข้อเท้าล็อกได้ (Metal Knee Orthosis)	ข้างละ	๓๓,๐๐๐
๘๕๐๘	๔๗๒	๘.๕.๘ เบ้ารับน้ำหนักที่กระดูกก้นกบ (Ischium Tuberosity)	ข้างละ	๔,๒๐๐
		ลักษณะ วัสดุโครงสร้างทำจากพลาสติกหรือเรซินใช้ประกอบกับส่วนขาอ่อนบน		
		ข้อบ่งชี้ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์โลหะหรือพลาสติกตามขาขนิดยาว เพื่อให้กระดูกก้นกบเป็นส่วนที่รับน้ำหนัก		
		ตัวผู้ป่วยแผนการลงน้ำหนักที่ขาหรือเท้าโดยตรง		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๕๑๐	๔๗๓	๘.๕.๑๐ พลาสติกตามขา ขนิคสั้น (กันเท้าตก)	ข้างละ	๑,๒๐๐
๘๕๑๘	๔๗๔	๘.๕.๑๘ อุปกรณ์ประคองข้อเข่าแบบปรับมุมได้	ชุดละ	๔,๕๐๐
		ข้อบ่งชี้		
		๑. ใช้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่า ซึ่งมีความจำเป็นต้องจำกัดมุมของข้อเข่า และปรับเป็นระยะ		
		๒. ใช้ในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของข้อเข่า ทำให้มีการจำกัดการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่มีข้อเข่ายึดติดหรือ		
		มีกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าเกร็ง ซึ่งมีความจำเป็นต้องจำกัดมุมของข้อเข่า และปรับเป็นระยะ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการ		
		ตัดหรือเหยียดข้อเข่าจากภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวด้านหลังข้อมือ โดยเป็นผลมาจากตัวโรค ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่า		
		ติดอยู่ในท่าอง เนื่องจากอุบัติเหตุ พยาธิสภาพ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเหยียดข้อเข่าได้ตรงและผู้ป่วยทางเวชศาสตร์		
		ฟื้นฟู ที่มีปัญหาทางด้านการประกอบและมีความจำเป็นต้องยึดข้อ		
๘๕๑๙	๔๗๕	๘.๕.๑๙ พลาสติกตามข้อเท้า (Ankle-Foot Orthosis)	ข้างละ	๓,๐๐๐
		ข้อบ่งชี้ ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อเท้าที่หลวม (Ankle Instability) มีความบกพร่องในการควบคุมข้อเท้า		
๘๕๒๐	๔๗๖	๘.๕.๒๐ สายรัดกันเท้าตก	ข้างละ	๑๕๐
๘๕๒๔	๔๗๗	๘.๕.๒๔ Patella Tendon Bearing (PTB) Brace ขนิคโลหะแบบมีข้อเท้า	ชิ้นละ	๖,๕๐๐
		ลักษณะ วัสดุโครงสร้างที่รองรับขาอ่อนล่างและเท้าทำจากโลหะหรือพลาสติก มีฝาประกบด้านหน้า		
		และด้านหลังทำจากพลาสติกหรือเรซิน เพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำหนักที่ Patella Tendon มีแกนโลหะหรือข้อเท้า		
		ขนาบด้านข้างใน-นอก		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บที่เท้า บริเวณเท้าหรือกระดูกขาอ่อนล่าง ขนดงน้ำหนัก และมีปัญหา		
		การควบคุมการเคลื่อนไหวข้อเท้า		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๕๒๖	๔๗๘	๘.๕.๒๖ ที่คลุมเข่า Knee Pad	ชิ้นละ	๓๕๐
		ลักษณะ ทำจากหนังหรือวัสดุที่นุ่ม มีสายเข็มขัดหรือกระดุมหน้ากับรองคลุมเข่ากับอุปกรณ์		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับใช้ร่วมกับพลาสติก/โลหะตามขา มีข้อเข่า มีข้อเท้าหรือไม่มีข้อเท้า		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน		
๘๕๒๗	๔๗๙	๘.๕.๒๗ โลหะตามขา ขนิคสั้น	ข้างละ	๕,๕๐๐
		ลักษณะ วัสดุโครงสร้างที่รองรับขาอ่อนล่างและเท้าทำจากโลหะประกอบกันเป็นข้อเท้าโลหะ		
		ไม่รวมส่วนประกอบของข้อเท้า และรองเท้า		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่มีอาการเกร็งมาก (Severe Spasticity) ต้องการความแข็งแรงทนทานของ		
		อุปกรณ์สูง ใช้ติดกับข้อเท้าผิดปกติ Varus/Valgus ได้ดี เนื่องจากสามารถเพิ่ม T- Straps ได้ เช่น ผู้ป่วย Stroke,		
		Hemiplegia and Hemiparesis, CP, Polio Late Effect, Muscular Dystrophy, Ankle Contracture,		
		Equinovarus/Valgus		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๕๒๘	๔๘๐	๘.๕.๒๘ Patella Tendon Bearing (PTB) brace ขนิคพลาสติกไม่มีข้อเท้า	ชิ้นละ	๔,๐๐๐
		ลักษณะ วัสดุโครงสร้างที่รองรับขาอ่อนล่างและเท้าทำจากพลาสติก มีฝาประกบด้านหน้า		
		และด้านหลัง ทำจากพลาสติกหรือเรซิน เพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำหนักที่ Patella tendon		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วย Fracture ที่กระดูกขาอ่อนล่างหรือผู้ป่วยที่ไม่ต้องการใส่น้ำหนัก		
		ที่ฝ่าเท้า โดยให้เส้นสายเป็นบริเวณรับน้ำหนัก และใช้หลักการ Circumferential pressure ในการกระจายน้ำหนัก		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี		
		๘.๖ อุปกรณ์พุงข้อ (Single Joint Orthosis)		
๘๖๐๑	๔๘๑	๘.๖.๑ สายคล้องแขนกับไหล่หลุด	ข้างละ	๒๐๐
๘๖๐๒	๔๘๒	๘.๖.๒ สายคล้องแขน (Arm Sling)	อันละ	๓๕๐
๘๖๐๓	๔๘๓	๘.๖.๓ อุปกรณ์พุงข้อศอก (Elbow Support) มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายืด)	ข้างละ	๒,๕๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๖๐๔	๔๘๔	๘.๖.๔ อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow Support) ไม่มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายืด)	ข้างละ	๑,๕๐๐
๘๖๐๕	๔๘๕	๘.๖.๕ แผ่นโลหะ/พลาสติกบังคับเชิงกรานเด็ก	ข้างละ	๕๐๐
๘๖๐๖	๔๘๖	๘.๖.๖ แผ่นโลหะบังคับเชิงกรานผู้ใหญ่	ข้างละ	๑,๕๐๐
๘๖๐๗	๔๘๗	๘.๖.๗ อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee Support) มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายืด)	ข้างละ	๑,๕๐๐
๘๖๐๘	๔๘๘	๘.๖.๘ อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee Support) ไม่มีแกนด้านข้าง (ไม่รวมจากชนิดที่ทำจากผ้ายืด)	ข้างละ	๘๐๐
		ข้อบ่งชี้ ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อม ข้ำรูด ที่ยังไม่พร้อมที่จะผ่าตัด		
๘๖๐๙	๔๘๙	๘.๖.๙ อุปกรณ์พยุงสันเท้าและฝ่าเท้า ชนิดสำเร็จรูป	คู่ละ	๔,๒๐๐
		ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อเท้า เอ็นข้อเท้า กระดูกฝ่าเท้าอักเสบ และใช้ในการบำบัดรักษาเอ็นฝ่าเท้าอักเสบที่เรื้อรังต่อเนื่อง		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
๘๖๑๐	๔๙๐	๘.๖.๑๐ อุปกรณ์พยุงสันเท้าและฝ่าเท้า ชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย	ข้างละ	๒,๐๐๐
		ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๘.๖.๙		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
๘๖๑๑	๔๙๑	๘.๖.๑๑ อุปกรณ์พยุงข้อมือหรือนิ้ว	ข้างละ	๖๐๐
๘๖๑๒	๔๙๒	๘.๖.๑๒ อุปกรณ์พยุงสันเท้าและฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย (Total Contact Insole/Orthosis)	คู่ละ	๑,๒๐๐
		ลักษณะ เป็นวัสดุที่เสริมรองรับเท้า ชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย (Total Contact Insole/Orthosis) มีคุณสมบัติ ดังนี้		
		๑. ทำจากวัสดุที่ขึ้นบนมีความนุ่มและยืดหยุ่น (Cushion) ส่วนวัสดุชั้นล่างช่วยในการคงรูปของชั้นบน (Contour)		
		๒. ต้องหล่อพิเศษเฉพาะราย มีความหนาอย่างน้อย ๕ มิลลิเมตร และโค้งเข้ารูปตลอดความยาวของฝ่าเท้าผู้ป่วยแต่ละราย (Total Contact Insole/Orthosis)		
		ข้อบ่งชี้ ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินโดยแพทย์แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า แล้วพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง		
		๘.๗ เครื่องช่วยเดิน (Walking Aids)		
๘๗๐๑	๔๙๓	๘.๗.๑ เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา (Pick-up-walker)	อันละ	๗๐๐
๘๗๐๒	๔๙๔	๘.๗.๒ เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา มีล้อ	อันละ	๖,๐๐๐
๘๗๐๓	๔๙๕	๘.๗.๓ ไม้เท้า ๑ คู่	อันละ	๑๕๐
๘๗๐๖	๔๙๖	๘.๗.๖ ไม้เท้ากันล้มแบบอลูมิเนียม	คู่ละ	๖๕๐
		ลักษณะ ไม้เท้ากันล้มทำจากอลูมิเนียม ปลายขาส่วนล่างที่สัมผัสพื้น มีจุดสัมผัสพื้นตั้งแต่ ๓ จุดขึ้นไป มีลูกยางกันลื่น ไม่ต่ำกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร มีที่มือจับอยู่ระหว่างกลาง มีลูกยางกันลื่น		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการขาอ่อนแรงหรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
๘๗๐๗	๔๙๗	๘.๗.๗ ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา	อันละ	๖๐๐
		ลักษณะ ไม้เท้าทำจากอลูมิเนียม ปลายขาส่วนล่างที่สัมผัสพื้น มีจุดสัมผัสพื้นตั้งแต่ ๓ จุดขึ้นไป มีลูกยางกันลื่น		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือมีอาการขาอ่อนแรงหรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
๘๗๐๘	๔๙๘	๘.๗.๘ ไม้เท้า สำหรับคนตาบอดใช้ได้	อันละ	๕๐๐
		ลักษณะ ไม้เท้ากันล้มยาว ทำจากวัสดุโลหะ อลูมิเนียม หรือสแตนเลส สามารถพับเก็บได้		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการทางการเห็น		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี		
๘๗๐๙	๔๙๙	๘.๗.๙ ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดกลาง (Anterior Wheel Walker)	อันละ	๑,๒๐๐
		ลักษณะ คอกเดินทำจากอลูมิเนียม มีขา ๒ ข้าง พร้อมลูกยางกันลื่น และมีล้อ ๒ ข้างขนาดเล็ก		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับเด็กพิการที่สามารถเดินได้แต่มีอาการอ่อนแรงของขาทั้งสองข้างหรือเดินได้แต่ไม่มั่นคง		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		
๘๗๑๐	๕๐๐	๘.๗.๑๐ ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดเล็ก (Anterior Wheel Walker)	อันละ	๑,๐๐๐
		ลักษณะ คอกเดินทำจากอลูมิเนียม มีขา ๒ ข้าง พร้อมลูกยางกันลื่น และมีล้อ ๒ ข้างขนาดเล็ก		
		ข้อบ่งชี้ สำหรับเด็กพิการที่สามารถเดินได้แต่มีอาการอ่อนแรงของขาทั้งสองข้างหรือเดินได้แต่ไม่มั่นคง		
		อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี		



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๘๑๑	๕๐๑	๘.๘.๑๑ ไม่ค้ำยันรักแร้แบบไม้ ลักษณะ ไม่ค้ำยันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพื้น ส่วนค้ำยันเท้าจากไม้ มีซี่มือจับอยู่ระหว่างกลางมีลูกยาง กันลื่น ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามในการลงน้ำหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือมีอาการ ขาอ่อนแรงหรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	คู่ละ	๓๕๐
๘๘๑๑	๕๐๒	๘.๘.๑๑ รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก ชนิดตัดเฉพาะราย ลักษณะ วัสดุที่ใช้ทำจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่มีเท้าผิดปกติที่ไม่สามารถใส่รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้าแขนยื่นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใส่รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โลหะ/พลาสติกตามขา โดยมีความยาวเท้าต่ำกว่า ๑๕ เซนติเมตร อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ยกเว้นกรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน	คู่ละ	๘๐๐
๘๘๑๒	๕๐๓	๘.๘.๑๒ รองเท้าคนพิการขนาดกลาง ชนิดตัดเฉพาะราย ลักษณะ วัสดุที่ใช้ทำจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่มีเท้าผิดปกติที่ไม่สามารถใส่รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้าแขนยื่นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใส่รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โลหะ/พลาสติกตามขา โดยมีความยาวเท้า ๒๑ - ๒๗ เซนติเมตร อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	คู่ละ	๑,๐๐๐
๘๘๑๓	๕๐๔	๘.๘.๑๓ รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่ ชนิดตัดเฉพาะราย ลักษณะ วัสดุที่ใช้ทำจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่มีเท้าผิดปกติที่ไม่สามารถใส่รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้าแขนยื่นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใส่รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โลหะ/พลาสติกตามขา โดยมีความยาวเท้า ๒๑ - ๒๗ เซนติเมตร อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	คู่ละ	๑,๒๐๐
๘๘๑๔	๕๐๕	๘.๘.๑๔ รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ ชนิดตัดเฉพาะราย ลักษณะ วัสดุที่ใช้ทำจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่มีเท้าผิดปกติที่ไม่สามารถใส่รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้าแขนยื่นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใส่รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โลหะ/พลาสติก อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	คู่ละ	๑,๔๐๐
๘๘๑๕	๕๐๖	๘.๘.๑๕ คำคิดแปลงรองเท้าคนพิการ ลักษณะ การเสริมอุ้งเท้าภายใน ขนาดใหญ่/เล็ก เสริมลิ้นเท้าภายใน/นอก เสริมความสูงรองเท้า เปลี่ยนสันรองเท้าด้วยการใช้วัสดุสำหรับทำรองเท้า เช่น โฟมชนิดต่าง ๆ ยาง ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่มีเท้าผิดปกติที่ไม่สามารถใส่รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้าแขนยื่นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใส่รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อหนึ่งข้าง	ข้างละ	๔๐๐
๘๘๑๖	๕๐๗	๘.๘.๑๖ รองเท้าตัดแปลงสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีการขาที่เท้าหรือเท้าผิดปกติ ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีเท้าผิดปกติหรือผู้ป่วยที่มีอาการขาที่เท้า (Neuropathy)	ข้างละ	๒,๐๐๐
๘๘๑๗	๕๐๘	๘.๘.๑๗ เสริมฝ่าเท้าส่วนหน้า ลักษณะ วัสดุที่นำมาเสริมเท้าส่วนหน้าทำจากโฟมนุ่มหรือโฟมแข็งหรือวัสดุที่สามารถต่อความยาวเท้า ร่วมกับอุปกรณ์ได้ ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่เท้าบางส่วนถูกตัด อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	ข้างละ	๑,๕๐๐
๘๘๑๘	๕๐๙	๘.๘.๑๘ T-strap ลักษณะ ทำจากหนังหรือวัสดุที่นุ่ม มีสายเข็มขัดคลุมข้อเท้ายึดกับอุปกรณ์ ข้อบ่งชี้ สำหรับใช้ร่วมกับพลาสติก/โลหะตามขา มีข้อเท้า มีข้อเท้าหรือไม่มีข้อเท้า ในกรณีที่ผู้ป่วย มีข้อเท้าบิด อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	เส้นละ	๓๐๐
๘๘๑๙	๕๑๐	๘.๘.๑๙ รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง และยังสามารถสวมใส่รองเท้าสำเร็จรูปได้ ลักษณะ ๑. รองเท้าทำจากหนังแท้หรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่น ระบายอากาศ บุนหรือชั้นในด้วยหนังแท้ หรือวัสดุสังเคราะห์ที่อ่อนนุ่ม (วัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ห้ามเป็นยางพารา/ไวนิล/พลาสติก) ๒. ส่วนหัวรองเท้าเป็นชนิดปิดปลายนิ้วเท้า และต้องกว้างพอ เพื่อให้บีบหรือกดนิ้วเท้า ไม่มีตะเข็บแข็ง เพื่อป้องกันการบาดแผล และต้องใส่สายรัดสันหรือพื้นเท้า (Back Strap/Heel Counter) ส่วนหัวรองเท้า ชนิดเปิด ปลายนิ้วเท้า ใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีแผล และอยู่ระหว่างการทำแผลเท่านั้น	คู่ละ	๑,๔๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๘๘๑๓	(ต่อ)	ลักษณะ ๓. รองเท้าต้องปรับขนาดได้ด้วยเชือกหรือ Velcro เป็นต้น เพื่อสามารถกระชับเท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่เกิดการเสียดสี ๔. เป็นรองเท้าที่มีความลึกมากกว่าปกติอย่างน้อย ๕ มิลลิเมตร (Deep Inlay) สามารถถอดพื้นรองเท้าด้านในเพื่อใส่แผ่นเสริมได้ ๕. พื้นรองเท้าด้านในทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น นุ่ม มีความหนาอย่างน้อย ๕ มิลลิเมตร ๖. พื้นรองเท้าด้านนอก (Outsole) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถปรับแต่งพื้นได้ และมีความโค้งลักษณะ Toe Only Rocker Bottom Shoes ข้อบ่งชี้ ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินโดยแพทย์แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้าแล้วพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง		
๘๘๑๔	๕๑๑	๘.๘.๑๔ รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงที่มีเท้าผิดปกติจนไม่สามารถปรับรองเท้าสำเร็จรูปได้ ลักษณะ เช่นเดียวกับรหัส ๘๘๑๓ แต่เป็นรองเท้าตัด ไม่ใช่รองเท้าสำเร็จรูป ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับรหัส ๘๘๑๓ แต่เป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถปรับรองเท้าสำเร็จรูป ชนิด Depth-Inlay Shoes ให้สวมใส่ได้ ๘.๙ อุปกรณ์อื่น ๆ	คู่ละ	๒,๘๐๐
๘๙๐๑	๕๑๒	๘.๙.๑ รองนั่งคนพิการ ชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ ลักษณะ เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยล้อ มีโครงสร้างหลักผลิตจากโลหะสแตนเลส อลูมิเนียม อักสลอยด์ หรือโลหะอื่นที่ผ่านกระบวนการชุบหรือทาสี สามารถพับเก็บได้ และสามารถปรับส่วนต่าง ๆ ให้เข้ากับขนาดร่างกายของผู้ใช้งานได้ ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการ โดยรอนนั่งคนพิการที่ได้ต้องปรับให้เหมาะสมกับความพิการนั้น อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี	คันละ	๖,๖๐๐
๘๙๐๒	๕๑๓	๘.๙.๒ รองนั่งคนพิการ ชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ ลักษณะ เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยล้อ มีโครงสร้างหลักผลิตจากโลหะสแตนเลส อลูมิเนียม อักสลอยด์ หรือโลหะอื่น ที่ผ่านกระบวนการชุบหรือทาสี สามารถพับเก็บได้ ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่ไม่สามารถเดินได้ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี	คันละ	๔,๔๐๐
๘๙๐๓	๕๑๔	๘.๙.๓ เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ ลักษณะ ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า Polyurethane Foam, Gel cushion, Water cushion หรือชนิด Air cushion ที่มีลักษณะนุ่ม สามารถกระจายน้ำหนัก ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับคนพิการที่ต้องนั่งรถนั่งคนพิการแต่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	อันละ	๘๐๐
๘๙๐๔	๕๑๕	๘.๙.๔ รถตามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ ลักษณะ เป็นอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ในระยะไกล โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กทูปสตี หรือโลหะอื่นที่มีความแข็งแรงมั่นคง ขับเคลื่อนโดยการควบคุมก้านโยก ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการที่ทรงตัวในท่านั่งได้ดี แขน ๒ ข้างปกติ และสามารถออกนอกบ้าน เพื่อการเข้าสู่สังคมหรือประกอบอาชีพ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หมวด ๙ อื่น ๆ	คันละ	๖,๐๐๐
๙๐๐๑	๕๑๖	๙.๐.๑ แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาต ลักษณะ เป็นแผ่นสำหรับรองบนที่นอนทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า Polyurethane Foam, Gel, Water, Air สามารถกระจายแรงกดทับได้ดี และสามารถรองรับร่างกายผู้ใช้งานได้ ข้อบ่งชี้ สำหรับคนพิการระดับรุนแรง เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยอัมพาต ไหล่หลังระดับสูง ผู้ที่อยู่ในสภาพงอแงหรืองอแงนิ่งทิวา (Vegetative state) หรืออนาถาเตียง ไม่สามารถพลิกตัว เพื่อเปลี่ยนท่านอนเองได้ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	คันละ	๑,๐๐๐
๙๐๐๓	๕๑๗	๙.๐.๓ ผ้ายัดรัดแผลเป็น (Pressure Garment) ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ชนิดที่มีบาดแผลลึก (Deep Second Degree Burn หรือ Third Degree Burn) หรือบาดแผลเรื้อรังหรือบาดแผลที่ต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่า ๓ สัปดาห์ บริเวณหน้า ลำตัว แขน ขา หรือบริเวณข้อพับ หมายเหตุ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินราคาที่กำหนดตามขนาดของบาดแผล	ชิ้นละ	๖,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๙๐๐๔	๕๑๘	๙.๐.๔ ลวดระบุตำแหน่งรอยโรคก่อนการผ่าตัด (Needle Localization)	ชุดละ	๒,๐๐๐
		ลักษณะ เป็นลวดที่ปลายโค้งเป็นตะขอ เพื่อยึดติดกับเนื้อเยื่อในเต้านม โดยใส่ลวดผ่านเข็มตัวนำไปวางในตำแหน่งรอยโรคในเต้านม เพื่อช่วยระบุตำแหน่งในการผ่าตัด โดยแพทย์ผู้ผ่าตัดสามารถทราบตำแหน่งได้ โดยการคลำ โดยที่ลวดบริเวณส่วนปลายนี้จะหนากว่าส่วนอื่น ลวดนี้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือแมมโมแกรม หรืออัลตราซาวด์ หรือเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อเป็นตัวสร้างภาพนำทาง		
		ข้อบ่งชี้		
		๑. ใช้เพื่อระบุตำแหน่งในการวินิจฉัย และรักษาโรคของเต้านม ในกรณีที่ไม่สามารถคลำก้อนของเต้านมได้จากการตรวจร่างกายแต่พบรอยโรคจากการตรวจ โดยเครื่องมือแมมโมแกรม หรืออัลตราซาวด์ หรือเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า		
		๒. ใช้เพื่อระบุตำแหน่งในการตัดชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจในกรณีที่ตรวจพบแผลเย็บที่ผิดปกติของเต้านม		
		๓. ใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่ต้องการของเต้านมเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา		
		๔. ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของมะเร็งเต้านมในการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม (Breast conserving surgery)		
๙๐๐๕	๕๑๙	๙.๐.๕ ชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้ออกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency) ความร้อน (Microwave) หรือความเย็น (Cryo)	ชุดละ	๒๐๑,๐๐๐
		ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์ที่อาศัยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency) ความร้อน (Microwave) หรือความเย็น (Cryo) เพื่อทำลายก้อนเนื้ออก ประกอบด้วย เข็มที่ใช้สอดผ่านผิวหนัง หรือผ่าตัดเปิด เข้าหาก้อนโดยตรงถึงตำแหน่งก้อนเนื้ออกของอวัยวะนั้น ๆ โดยอาศัยเครื่องมือทำลายเนื้ออกด้วยคลื่นวิทยุผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับความร้อน ซึ่งเข็มดังกล่าวจะมีความยาวและรูปร่างต่างกัน โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดและตำแหน่งของเนื้อก้อนนั้น ๆ ในการจี้ทำลาย		
		ข้อบ่งชี้		
		๑. สำหรับใช้ทำลายก้อนเนื้ออก ชนิดร้ายแรง ในกรณีดังต่อไปนี้		
		๑.๑ ใช้ทำลายก้อนเนื้ออกมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นที่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดหรือการเปลี่ยนตับ โดยก้อนเนื้ออกที่มีก้อนเดียวต้องมีขนาดไม่เกิน ๕ เซนติเมตร หรือเนื้ออกจำนวนไม่เกิน ๓ ก้อน โดยแต่ละก้อนขนาดไม่เกิน ๓ เซนติเมตร และไม่มีมีการลุกลามไปอวัยวะอื่น ไม่มีการลุกลามเข้าไปในหลอดเลือด รวมทั้งผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะตับแข็งระดับ C (Child-Pugh Class C)		
		๑.๒ ใช้ทำลายก้อนเนื้ออก ชนิดแพร่กระจายมาที่ตับที่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดหรือการเปลี่ยนตับ โดยก้อนเนื้ออกที่มีก้อนเดียวต้องมีขนาดไม่เกิน ๕ เซนติเมตร หรือเนื้ออกจำนวนไม่เกิน ๓ ก้อน โดยแต่ละก้อนขนาดไม่เกิน ๓ เซนติเมตร โดยที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น หรือเป็นการกระจายที่สามารถควบคุมได้		
		๑.๓ ใช้ทำลายก้อนเนื้ออกโรคมะเร็งปอดที่กลับเป็นซ้ำหลังการผ่าตัด และเคยได้รับรังสีรักษามาก่อน แล้วไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดซ้ำได้อีก โดยเป็นก้อนเนื้ออกก้อนเดียวที่มีขนาดไม่เกิน ๕ เซนติเมตร และไม่มีมีการแพร่กระจายในตำแหน่งอื่น		
		๑.๔ ใช้ทำลายก้อนเนื้ออก ชนิดที่แพร่กระจายสู่ปอดที่มีขนาดเล็กไม่เกิน ๕ เซนติเมตร และมีจำนวนไม่เกิน ๓ ก้อน ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการฉายรังสีบำบัด		
		๑.๕ ใช้ทำลายก้อนเนื้ออกของไตที่มีขนาดเล็กขนาดไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด ผ่าตัดได้ยาก ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนาน ซึ่งทำให้ไตขาดเลือดนานในผู้ป่วยที่ต้องการรักษาเนื้อไตปกติไว้ (ผู้ป่วยที่มีไตเดียวหรือไตเสื่อม)		
		๑.๖ ใช้ทำลายก้อนเนื้ออกกระดูก ชนิดแพร่กระจายที่ไม่ตอบสนองต่อการฉายแสง เพื่อลดอาการปวดเฉพาะที่		
		๒. ใช้ทำลายก้อนเนื้ออกกระดูก ชนิด Osteoid Osteoma, Osteoblastoma, Osteochondroma ที่มีขนาดไม่เกิน ๕ เซนติเมตร		
		๓. Solid Tumor ที่อยู่ในตำแหน่งลึกหรืออยู่ในหลอดเลือดที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต		
		หมายเหตุ กรณีที่ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษา โดยที่การผ่าตัดนั้น น่าจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าหากนำชุดอุปกรณ์นี้ไปใช้ในการรักษาแทนการผ่าตัดจะไม่สามารถเบิกค่าชุดอุปกรณ์นี้ได้		
		คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้		
		๑. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีวิทยาของลำตัว (Body Intervention Radiology)		
		๒. อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารที่ผ่านการอบรมการรักษาเนื้ออกด้วยคลื่นความถี่สูง หรือได้รับการรับรองจากสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย		
		๓. อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ		
		๔. ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ		
		๕. ศัลยแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาด้าน ดับอ่อน และทางเดินน้ำดี		



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๔๑๐๔	๕๒๐	๔.๑ วัสดุ/อุปกรณ์ช่วยห้ามเลือดในการผ่าตัดหรือที่ใช้ดูดหรือระบายเลือดหนองน้ำเหลือง ๔.๑.๔ อุปกรณ์เครื่องซีดและตัดเส้นเลือด (Energy-Based Vascular Sealing And Cutting Instrument) ลักษณะ เป็นคัมหมันหลอดเลือดสำหรับใช้เพื่อปิดและตัดหลอดเลือด โดยใช้พลังงานจากเครื่องซีด ข้อบ่งชี้ ๑. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปิดและตัดหลอดเลือดในการผ่าตัดโดยการส่องกล้องผ่านผิวหนังบริเวณทรวงอก คอ อุ้งเชิงกราน ลำไส้ใหญ่ (ไม่รวมการผ่าตัดไส้ติ่ง) ซึ่งการผ่าตัดในบริเวณดังกล่าวที่มีความยากในการหยุดเลือดออก ๒. การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านหน้าท้อง คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. ศัลยแพทย์ทั่วไปที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยว่าสามารถทำหัตถการที่ใช้ อุปกรณ์นี้ได้ ๒. ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ๓. ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ๔. โสต คอ นสิกแพทย์ ๕. สูติรีแพทย์	ครั้งละ	๕,๐๐๐
๔๑๐๕	๕๒๑	๔.๑.๕ เข็มเจาะดูดเนื้อเยื่อหรือของเหลว (Aspiration needle) ลักษณะ เป็นเข็มโลหะที่มีแกนกลางเข็ม โดยมีความยาวมากกว่า ๙ เซนติเมตรขึ้นไป ข้อบ่งชี้ ๑. ใช้ในการเจาะดูดเนื้อเยื่อออกจากก้อนที่อยู่ในส่วนลึกของร่างกาย เพื่อส่งตรวจทางเซลล์วิทยา ๒. เพื่อส่งตรวจลักษณะของเหลวที่อยู่ในส่วนลึกของร่างกาย ๔.๒ ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกฟันเทียม ๑. การเบิกฟันเทียมทั้งหมด ราคาที่ให้เบิกเป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งได้รวมค่าวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ปาก และค่า Lab ทางทันตกรรมประดิษฐ์แล้ว ๒. การครอบฟันน้ำนม/ครอบฟันแท้ (ลำดับที่ ๔.๒.๑.๑ - ๔.๒.๑.๒) หากมีความจำเป็นต้องใช้เคียวฟันร่วมด้วย ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดสามารถเบิกค่าเคียวฟันได้ ๓. ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ตะขอ ราคาตะขอได้รวมอยู่ในราคาฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ตาม ๔.๒.๐.๓ - ๔.๒.๐.๔ แล้ว ๔. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ ของราคาฟันเทียมตามรายการที่กำหนด ๔.๒.๐ ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๔.๒.๐.๑ ฟันเทียมถอดได้ทั้งขากรรไกร ๑ ชิ้น บนหรือล่าง ลักษณะ ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ชิ้นเดียว ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร	ชุดละ	๘๐๐
๔๑๐๖	๕๒๒	๔.๒.๐.๑ ฟันเทียมถอดได้ทั้งขากรรไกร ๑ ชิ้น บนหรือล่าง ลักษณะ ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ชิ้นเดียว ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร	ชิ้นละ	๓,๐๐๐
๔๑๐๗	๕๒๓	๔.๒.๐.๒ ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก ๒ ชิ้น บนและล่าง ลักษณะ ฟันเทียมทั้งปากถอดได้สองชิ้น ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร	ชุดละ	๖,๐๐๐
๔๑๐๘	๕๒๔	๔.๒.๐.๓ ฟันเทียมถอดได้ ๑ - ๕ ซี่ ลักษณะ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางส่วนที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร	ซี่	๑,๕๐๐
๔๑๐๙	๕๒๕	๔.๒.๐.๔ ฟันเทียมถอดได้มากกว่า ๕ ซี่ ลักษณะ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางส่วนที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร	ซี่	๒,๐๐๐
๔๑๑๑	๕๒๖	๔.๒.๑ ฟันเทียมติดแน่นและอุปกรณ์ ๔.๒.๑.๑ ครอบฟันน้ำนม (Stainless Steel Crown) ลักษณะ ครอบฟันน้ำนม วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะโรสทิม (Stainless steel) หรือโครโคติก เพื่ออนุรักษ์ฟันน้ำนม ขึ้นไว้ให้มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารได้ ข้อบ่งชี้ บุรณะฟันน้ำนมที่การผุได้ลุกลามตัวฟันน้ำนมมากเกินไปจนบดเคี้ยวไม่ได้ การอุดฟันนั้นได้หรือบุรณะ ฟันน้ำนมภายหลังจากการได้รับการรักษาประสาฟันหรือคลองรากฟันแล้ว	ซี่	๖๐๐
๔๑๑๒	๕๒๗	๔.๒.๑.๒ ครอบฟันแท้ (Metal Crown) ลักษณะ ครอบฟันแท้ วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือพอร์ซเลน หรือโครโคติก หรือโลหะร่วมกับพอร์ซเลน หรือโลหะร่วมกับโครโคติก หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่ออนุรักษ์ฟันแท้ขึ้นไว้ให้มีประสิทธิภาพในการ บดเคี้ยวอาหาร	ซี่	๑,๐๐๐



รหัสอุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
๙๒๑๒	(ต่อ)	ข้อบ่งชี้ บุรณะฟันที่การผู้ได้ถูกถามมากเกินกว่าบุรณะด้วยการอุดฟันได้ หรือบุรณะฟันหลังจากที่ได้รับ การรักษาคลองรากฟันแล้ว		
๙๒๑๓	๕๑๘	๙.๒.๑.๓ สะพานฟันติดแน่น (Dental Bridge) รวมค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมรากฟันเทียม ลักษณะ สะพานเชื่อมฟันติดแน่น วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะหรือพอร์ซเลน หรือโลหะร่วมกับพอร์ซเลน หรือวัสดุอื่น ๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี	ชิ้น	๘,๐๐๐
		ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางส่วนที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร		
๙๒๑๔	๕๑๙	๙.๒.๑.๔ เดือยฟัน (Pin Tooth)	ซี่	๑,๐๐๐
		ลักษณะ เดือยฟัน		
		ข้อบ่งชี้ ใช้เพื่อเสริมการยึดอยู่กับครอบฟัน ในกรณีที่ฟันได้รับการรักษาก่อนการขึ้น แล้วมีส่วนของเนื้อฟันเหลืออยู่น้อย		

